



KCZ/ORG/ZM/ 22 /08/2017

Krapkowice 03.08.2017r.

### **Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/6/2017

### **DOTYCZY PUNKTU IV, ppkt. c) zapytania ofertowego**

#### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Oferentów, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko...

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie odpowiedniego oświadczenia. O uzupełnienie dokumentów zostanie poproszony Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.**

#### **Pytanie 2**

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu, ani na złożenie oświadczenia Oferenta, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

**Odpowiedź: jw.**

### **Dotyczy przedmiotu zamówienia**

#### **Pytanie 3**

Dot. całej tabeli. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie i wycenę innej wielkości opakowań w odpowiednim przeliczeniu całkowitej ilości przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy niepełne ilości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnych czy należy ich ilość podać z dokładnością do 2-óch miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 4**

Dot. poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary z heparyną sodową?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 5**

Dot. poz. 2- pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na kapilary bez heparyny?

**Odpowiedź: jw.**

#### **Pytanie 6**

Dot. poz. 2- pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję z pakietu?

**Odpowiedź: jw.**

**Pytanie 7**

Dot. poz. 8 Czy Zamawiający wymaga nakłuwacza w kształcie litery T, z przyciskiem aktywującym igłę znajdującym się w górnej części nakłuwacza?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 8**

Dot. poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na opakowanie 200 szt. i odpowiednie przeliczenie ilości oferowanych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9**

Dot. poz. 9 Czy Zamawiający wymaga nakłuwacza w kształcie litery T, z przyciskiem aktywującym igłę znajdującym się w górnej części nakłuwacza?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 10**

Dot. poz. 10 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 3 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 11**

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 100 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12**

Dot. poz. 12 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

Dot. poz. 13 Czy Zamawiający zgadza się na probówki o wym. 12x75 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 14**

Dot. poz. 16 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 15**

Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 16**

Dot. poz. 18 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17**

Dot. poz. 18 Czy Zamawiający zgadza się na wys. probówki 103 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18**

Dot. poz. 19 Czy Zamawiający zgadza się na probówki 12x75 mm o poj. 4 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 19**

Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 2,3 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 20**

Dot. poz. 28 Czy Zamawiający zgadza się na zestawy na 150 ul?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 21**

Dot. poz. 25 Czy Zamawiający wymaga kamer typ Fast-Read?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

### **Pytanie 22**

Dot. poz. 29 Czy Zamawiający zgadza się na próbówki z EDTAK3?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie 23**

Dot. poz. 31 Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie próbówek szklanych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy umowy –zał. nr III**

### **Pytanie 24**

Dot. §2 pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 25**

Dot. §2 pkt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 48 godzin, co umożliwi urealnić dostawę w przypadku wykonawców posiadających siedzibę w dużej odległości od jednostki Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie 26**

Dot. §4 pkt. 1 Ponieważ nasz system sprzedaży uniemożliwia wystawianie faktury osobno i ponieważ tylko jej wystawienie umożliwi zdjęcie towaru ze stanu magazynowego, prosimy o zmianę zapisów §4 pkt. 1. Prosimy o zgodę na wysyłkę razem z towarem faktury na zdjęty z magazynu towar.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 27**

Dot. §4 pkt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od treści tego punktu? Zapis ten zakłada nierówność w traktowaniu stron umowy. Oczywiście Wykonawca zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa Zamawiającego może wyglądać różnie, zakłada również pewien margines zapłaty nieterminowej. Zamawiający jednak powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca zaciąga kredyty na zakup towaru w bankach, a te również oprocentowują udzielane kredyty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wie kiedy może spodziewać się zwrotu należności za towar, nie jest w stanie oczacować odpowiedniej marży. Wiedza o możliwym terminie uzyskania dochodu za sprzedany towar jest niezbędna, aby prawidłowo zabezpieczyć zwrot kredytu bankowego, jak i jego oprocentowania, nie wspominając o oczekiwanym dochodzie Wykonawcy. Wymóg dostarczania towaru do Zamawiającego bez zapłaty za towar jest świadczeniem przeczącym porządkowi społecznemu oraz przepisom prawnym, dlatego postulujemy, aby zapisy art. 490 i 491 k.c. nie pozostawały wyłączone z możliwości stosowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamiarem Zamawiającego nie jest zamawianie towaru bez zapłaty. Jednakże zamówienie dotyczy takiego towaru, że Zamawiający nie może sobie pozwolić na przerwy w dostawach spowodowanymi opóźnieniem w zapłacie.**

### **Pytanie 28**

Dot. § 6 pkt. 1 c) Prosimy o zmniejszenie wysokości kary z 10 do 5%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wykonawcy składający pytania
3. Strona Internetowa Zamawiającego