



KCZ/ORG/ZM/6/10/2014

Krapkowice, dnia 01.10.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek przepuklinowych i staplerów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 9/IX/2014

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.09.2014 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część VI Staplery 1

Czy Zamawiający wymaga i zezwoli na zaoferowanie w części VI poniższego opisu:

Lp.	Opis
1	Stapler okrężny z łamaną główką w rozmiarze 24, 26, 29, 32 mm. Docisk automatyczny. Wys. Zszywki 4,5-5,0mm
2	Stapler poprzeczny z jedną dźwignią i indykatorem kolorowym położenia staplera 30, 45 i 60mm z ładunkami zamykającymi na 1,5 mm i 2,0 mm. Rozmiar staplera i rodzaj ładunku będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.
3	Ładunki do ww. staplerów zamykające na 1,5 i 2,0 mm
4	Stapler liniowy z nożem 100 mm, zamykający na 1,5 i 2,0 mm. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz zabezpieczenie przed wystrzeleniem zużytego lub uszkodzonego ładunku. Odpalany obustronnie, gumowane ręczki, nóż w ładunku, brak pinu traumatyzującego tkankę
5	Ładunki do ww. staplerów

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Część IX Staplery 4

Czy Zamawiający wymaga i zezwoli na zaoferowanie w części IX poniższego opisu:

Lp.	Opis
1	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane do rękojeści, zszywki zamykające się do 1,0 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)
2	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane do rękojeści, zszywki zamykające się do 1,5 mm, (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)
3	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane do rękojeści, zszywki zamykające się do 2,0 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)
4	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia)

5	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego przegubowego i prostego, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, dł ramienia 36 cm, posiadająca dźwignię zamykającą i spustową (jedno). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia)
6	Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący , długość linii cięcia 45 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + stapler okrężny z łamaną główką 29,32mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Część VI Staplery 1

Część IX Staplery 4

Czy w związku z tym, że jesteśmy firmą dopiero wchodzącą na polski rynek, Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazanie się dwiema dostawami sprzętu medycznego oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na kwoty odpowiednio 2.667.876 EURO i 5.680.851 EURO?

Odpowiedź:

Tak.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego