



KCZ/ORG/ZM/23/08/2017

Krapkowice 03.08.2017r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/6/2017

Projekt umowy:

Pytanie 1 (Dotyczy § 2 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 (Dotyczy § 2 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa „telefonicznie”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 na następujący: „Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów do Laboratorium w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie dokonywane jest faksem lub elektronicznie, pod numerem faksu:, e-mail:”.

Pytanie 3 (Dotyczy § 2 ust. 3)

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Dotychczasowe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 4 (Dotyczy § 2 ust. 4)

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „24 godzin” na „48 godzin roboczych”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „24 godziny robocze”

Pytanie 5 (Dotyczy §2 ust. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 (Dotyczy § 3 ust. 3)

W związku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania aneksu?

Odpowiedź: Nie, dotychczasowe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 7 (Dotyczy § 4 ust. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z powyższego paragrafu słowa „prawidłowo”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 (Dotyczy § 4 ust. 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego odmowy realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 (Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy kolejny dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 (Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy kolejny dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 (Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości materiałów, które podlegały usunięciu wad za każdy kolejny dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przedmiot zamówienia:

Pytanie 12 (pozycja 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki pakowane po 200 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 (pozycja 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze automatyczne nożykowe o głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nakłuwacze pakowane po 100 szt?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15 (pozycja 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki o poj. do 120 ml i całk. 140 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki pakowane po 100 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17 (pozycja 13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki 12x75 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 (pozycja 17)

Prosimy o dopuszczenie próbek do separacji surowicy na 250ul krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 (pozycja 18)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki bez kołnierza, ze znacznikiem 1; 2,5; 5; 10 ml oraz o wymiarach 16x105 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20 (pozycja 29)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do badań serologicznych na 4 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K3?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do badań serologicznych na 6 ml krwi z antykoagulantem EDTA-K2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 (pozycja 31)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki do OB wykonane z wysokiej jakości hartowanego szkła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

**Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz**

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wykonawcy składający pytania
3. Strona Internetowa Zamawiającego