



**KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**



KCZ/ORG/ZM/22/12/2014

Krapkowice, dnia 03.12.2014r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 13/XII/2014**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.12.2014 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1** **część XIX**

Wnosimy o umożliwienie składania ofert na staplery, które były już przedmiotem dostaw do KCZ w ramach zamówienia publicznego, o następujących parametrach :

1. staplery okrężny w rozmiarze 25, 28 i 31 mm (stapler 25mm przeznaczony do operacji na przełyku ), kontrolowany docisk tkankowy (1,0- 2,5mm)
2. stapler poprzeczny w rozmiarze (długość linii szwu) : 30, 45 i 60mm z jedną dźwignią oraz z kontrolowanym dociskiem tkanki z ładunkami zamykającymi do tkanki standardowej (1,5mm) i grubej (2,0mm). Rozmiar staplera i rodzaj ładunku będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia
3. ładunki do ww staplerów zamykające na 1,5 i 2,0mm
4. stapler liniowy z nożem 100mm, zamykający na 1,5mm i 2,0mm. Stapler posiadający pozycję pośrednią oraz zabezpieczenie przed wystrzeleniem zużytego lub uszkodzonego ładunku. Zintegrowany ogranicznik tkankowy w ładunku.
5. ładunki do ww staplerów posiadające zintegrowany ogranicznik tkankowy

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 2** **część VIII**

Wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane w poz. 1 i 2 wkłady workowe mają pasować do pojemników wielorazowego użytku typu Serres i uchwytów (wieszaków) będących na wyposażeniu KCZ

#### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie 3** **część VI**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 klipsów chirurgicznych spełniających wszystkie parametry techniczne opisane w SIWZ pakowanych po 6szt w zasobniku.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem skalibrowania klipsownicy.

### **Pytanie 4** **część XX**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju tkankowego dotychczas stosowanego przez Zamawiającego z polimeru: monomerycznego n-butylo-2-cyanoakrylatu, przezroczystego lub niebieskiego, w ampułkach o pojemności 0,5 ml ? Proponowany klej w kontakcie z wilgotną tkanką natychmiast polimeryzuje , tworząc twardą substancję trwale przylegającą do tkanki , wskazania do stosowania: mocowanie siatek przepuklinowych, skleroterapia dużych

żylaków przełyku oraz dna żołądka, zamykanie ran o niskim stopniu napięcia po zabiegach chirurgicznych oraz prostych dokładnie wypłukanych ran urazowych.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice  
tel. 774467228(29), faks 774459826  
Kapitał zakładowy: 1.885.000,00 zł.

NIP: 1990080635  
REGON: 160213499  
KRS: 0000312406  
Bank Spółdzielczy w Gogolinie  
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:  
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000  
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)  
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel. 774075020