



KCZ/ORG/ZM/219/2014

Krapkowice, dnia 05.02.2014 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie hematologii, biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu i analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawą sieci komputerowej dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 1/I/2014

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.02.2014r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

II/4 Analizator parametrów krytycznych – 2 szt., jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013) bez modułu ISE, drugi max. 3-letni z modułem COOX i ISE (K,Na,Ca,CL);

Czy Zamawiający dopuści aby analizator z modułem COOX i ISE (K, Na, Ca, Cl), wyprodukowany był w roku 2010 - 4 letni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści analizator z modułem COOX i ISE (K, Na, Ca, Cl), wyprodukowany w roku 2010 - 4 letni.

Pytanie 2

III/2 Analizator moczu – 2 szt., jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi max 3 letni;

Czy Zamawiający dopuści aby jeden z analizatorów (używany) był wyprodukowany w roku 2010 (4 letni)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści jeden z analizatorów moczu wyprodukowany w 2010 roku – 4 letni.

Pytanie 3

II/2 Analizator biochemiczny – 2 szt. , jeden z modułem ISE fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi bez modułu ISE, max 3-letni, ten sam model analizatora;

W związku z wymaganiami technicznymi dotyczącymi analizatorów, prosimy o doprecyzowanie jaką ilość badań ISE (Na, K, Cl) wykonuje Zamawiający. Ilości te nie zostały określone/ujęte w tabeli **II/1 Ceny odczynników biochemicznych**.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w tabeli II/1 Ceny odczynników biochemicznych dopisuje:

- Pozycję 32, Sód (Na) , ilość badań w ciągu 48 m-cy: 96 000,
- Pozycję 33, Potas (K), ilość badań w ciągu 48 m-cy: 100 000,
- pozycję 34, Chlor (Cl), ilość badań w ciągu 48 m-cy: 4 000.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego