



**KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**



KCZ/ORG/ZM/26/09/2016

Krapkowice 05.09.2016r.

### **Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/8/2016

### **Część IV zamówienia – „Cewniki do dializ”**

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy do cewnikowania żyły głównej, zakładany metodą Seldingera w skład zestawu wchodzi : cewnik miękki wykonany z poliuretanu o średnicy 12FR odporny na zginanie o długości 20 cm, ze znacznikami długości widocznymi w promieniach RTG, przesuwными, regulowanymi skrzydełkami mocującymi, przewodnica odporna na zaginanie, wykonana z NITINOLU, z końcówką J o wymiarach 0,89 x 70 mm; rozszerzadło ; skalpel ; strzykawka 10ml ; zatyczka mocująca ; igła wprowadzająca Seldingera G18 1,25 x 70 mm ; zakończenia w różnych kolorach.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

#### **Do wiadomości:**

1. A/a
2. Wykonawcy składający pytania
3. Strona Internetowa Zamawiającego