



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/27/09/2016

Krapkowice 05.09.2016r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/8/2016

Część IV zamówienia – „Cewniki do dializ”

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści cewnik dializacyjny 12 FR o długości 25 cm z igłą o rozmiarze 0,035”(0,89 mm) i dwoma rozszerzadłami o średnicy 12 FR (4,0 mm) i 14 FR (4,66 mm), cewnik posiadający zastawki hemostatyczne bezigłowe w linii żylniej i tętniczej zamiast tradycyjnych luer-locków ? Reszta parametrów bez zmian .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wykonawcy składający pytania
3. Strona Internetowa Zamawiającego