



KCZ/ORG/ZM/2266/2013

Krapkowice, dnia 09.12.2013 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 20/XII/2013**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2013 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet III, poz. 1, 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli kaniule typu neoflon bez portu bocznego wyposażone w zdejmowalny uchwyt?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie 2**

#### **Pakiet nr III, poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 26 G – 06,x 19mm z przepływem 13 ml/min.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet III, poz. 3 - 8**

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego kaniul wykonanych z poliuretanu, które były dotychczas stosowane.

<b>Kod koloru</b>	<b>Rozmiar ( GAUGE)</b>	<b>Rozmiar w mm</b>	<b>Przepływ</b>
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	96 103
Różowy	20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36
Żółty	24 G	0,7 x 19	22
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet III, poz. 10, 11**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul typu bezpiecznego posiadających samozamykający się korek portu bocznego, wykonanych z poliuretanu oraz wyposażonych w 3 paski kontrastujące w promieniach Rtg. Tak ściśle określenie parametrów medycznych prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i dyskryminację wykonawców, którzy oferują wyroby o bardzo zbliżonych parametrach. Powierzchnia jaką paski zajmują na cewniku jest taka sama, niezależnie od ich ilości. Różnica jednego paska nie

sprawia, że produkt jest mniej widoczny czy bezpieczny a zadaniem takiego zapisu jest wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Pakiet III, poz. 12 i 15**

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka co znacznie zwiększa jego aseptykę?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6**

**Pakiet VIII, poz. 2**

Czy w opisie przyrządu w poz. nr 2 Zamawiający nie popełnił pomyłki wpisując, że wymaga światłoczułego przyrządu? W poz. nr 3 Zamawiający wymaga przyciemnionych przyrządów do przetaczania płynów w związku z zaistniałym faktem prosimy o wyjaśnienie czy, aby nie nastąpiła pomyłka.

**Odpowiedź:**

Tak nastąpiła omyłka. Zamawiający z opisu przedmiotu zamówienia ww. części i pozycji wykreśla „światłoczuły”.

**Pytanie 7**

**Pakiet VIII, poz. 7 – 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie portów iniekcyjnych z jedną średnicą drenów 1,2mm x 2,1mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

**Pakiet VIII, poz.11**

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z komora kropłową o długości 6cm. i regulacją w zakresie 0-300ml/godz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Pakiet VIII, poz.11**

Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego przyrządu do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia. Opakowanie jest sterylne i wykonane z najlepszej jakości materiału, a przede wszystkim nie ma wpływu na jakość oferowanego produktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Pakiet XIX, poz. 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinówki 1ml z dokładniejszą podziałką co 0,01jedn.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

**Pakiet XIX, poz. 2 - 6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z niebieskim tłokiem. Kolor tłoka nie wpływa na funkcjonalność strzykawki. Oferowane strzykawki posiadają czarną dobrze kontrastującą z niebieskim tłokiem i czytelną skalę.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 12**

**CZĘŚĆ NR XV**

**Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do zakładania szwów pakowanego w opakowanie zbiorcze a' 30 zestawów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, o następującym składzie:

#### **Skład zestawu: \***

1. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
2. 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
3. 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
4. 1 x igłotrzymacz 12 cm
5. 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
6. 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
7. 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 1<sup>1/2</sup>, różowa (zapakowana)
8. 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 1<sup>1/2</sup>, zielona (zapakowana)
9. 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm
10. 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

#### **Opakowanie**

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyty, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

#### **Pytanie 13**

##### **Część X**

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zasadami matematyki.

#### **Pytanie 14**

##### **Część X, poz. Nr 7 i 11**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu.

#### **Pytanie 15**

Część X, poz. Nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby pasek wskaźnika znajdował się w miejscu, które nie jest zadrukowane przez metkownicę?

#### **Odpowiedź:**

Nie.

#### **Pytanie 16**

##### **Dot. wzoru umowy § 2, ust.4**

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy „na cito” do 48 godzin?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża czas dostawy „na cito” do 48 godzin.

#### **Pytanie 17**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części I sprzętu ortopedycznego:

- pozycja 104 – Szyna do unieruchomienia palców, aluminiowa z wyściółką z gąbki – dł. 30 cm- 200 szt.
- pozycja 105 – Szyna Kramera, stalowa – rozmiar 1000x100 mm – 100 szt.
- pozycja 106 – Szyna Kramera, stalowa – rozmiar 1500x70 mm – 60 szt.
- pozycja 107 – Szyna Kramera, stalowa – rozmiar 1500x100 mm – 100 szt.
- pozycja 108 – Szyna Kramera, stalowa – rozmiar 1000x70 mm – 50 szt.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnej części.

#### **Pytanie 18**

##### **Część V, poz. 1, 2, 3**

Czy postępując zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów przystępujących do przetargu i zasadą uczciwej konkurencji zapisanymi w ustawie Pzp (art. 7 i 29 Pzp), Zamawiający dopuści do udziału w przetargu w w/w pozycjach paski konkurencyjne, charakteryzujące się następującymi parametrami: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, czas pomiaru tylko 5s, wielkość próbki 0,5ul, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013? Zobowiązujemy się do nieodpłatnego dostarczenia glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami, wliczonych w cenę pasków- prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów do których oferujemy pełny, bezpłatny serwis i gwarancję w trakcie trwania umowy przetargowej.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 19**

dotyczy zapisów SIWZ i umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin "dostaw na cito" do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża czas dostawy „na cito” do 48 godzin.

**Pytanie 20**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet XVII:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanym numerze pakietu – „PAKIET XVII ?

(w opisie przedmiotu zamówienia występuje dwa razy taka sama numeracja pakietu XVII, brak pakietu XVIII)

**Odpowiedź:**

Tak, nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający poprawia numerację; „Sprzęt medyczny do endoskopii” stanowi część XVIII zamówienia.

**Pytanie 21**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet „**Sprzęt medyczny do endoskopii**”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli do osobnego pakietu pozycje 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 19 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej ważnej oferty ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydziela z części XVIII – „Sprzęt medyczny do endoskopii” pozycje 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 19 i tworzy z tych pozycji część XVIII a – „Sprzęt do endoskopii 2”

**Pytanie 22**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet „**Sprzęt medyczny do endoskopii**”, poz. 6:

Ponieważ producent pułapek konfekcjonuje je w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych, każde po 12 szt.,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę (ze względu na opakowania zbiorcze pułapek) i zwiększy wymaganą ilość do 12 sztuk ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w poz. 6 zwiększa ilość z 6 szt. na 12 szt.

**Pytanie 23**

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet „**Sprzęt medyczny do endoskopii**” oraz wymaganej kompatybilności (zapis pod tabelką):

Czy za spełnienie wymogu kompatybilności, Zamawiający uzna narzędzia, które są dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

**Do wiadomości:**

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego