



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/ 169/10/2015

Krapkowice, dnia 28.10.2015r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., nr postępowania 8/X/2015.

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.10.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ

W treści SIWZ Zamawiający wskazuje zapewnienie kursu specjalizującego dla 3 lekarzy Zamawiającego organizowanego przez specjalistyczną placówkę, natomiast w treści umowy jest mowa o zapewnieniu kursu dla 2 lekarzy Zamawiającego. W związku z tym proszę o doprecyzowanie dla ilu lekarzy Wykonawca ma zapewnić kurs.

Odpowiedź: Wykonawca ma zapewnić kurs dla dwóch (2) lekarzy.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy oferowanych aparatów ultrasonograficznych do 10 dni roboczych w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego przez Wykonawcę na czas naprawy, o parametrach porównywalnych z urządzeniem będącym przedmiotem umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 2 pkt 1. Parametry techniczne aparatu USG. Opis aparatu pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy premium z zakresem stosowanej częstotliwości pracy od 1.0 do 18.0MHz? Zamawiający wymaga głowic pracujących w częstotliwości do 10.0MHz. Różnica w oferowanej częstotliwości jest niewielka, a dostępne na rynku głowice (również przez innych producentów) rzadko przekraczają częstotliwość 18MHz i zazwyczaj są stosowane do badania skóry w dermatologii i onkologii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zakres od 1- 18.

Pytanie nr 4**Dotyczy załącznika nr 2 pkt 1. Parametry techniczne aparatu USG. Opis aparatu pkt. 18**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat klasy premium posiadający cine loop 4000klatek, który pozwala na zapisanie 180sekund badania z możliwością przeglądania klatka po klatce, co w zupełności wystarczy do analizy przeprowadzonego badania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 5**dotyczy załącznika nr 2 pkt 1 Parametry techniczne aparatu USG. Głowice ultradźwiękowe. Głowica liniowa pkt.3c**

Prosimy o usunięcie wymogu kąta skanowania 65st. na głowicy liniowej, ponieważ głowica liniowa nie posiada parametru kąta skanowania, prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska.

Odpowiedź: Tak proszę usunąć.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdże Tel.