



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/243/2014

Krapkowice, dnia 11.02.2014 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie hematologii, biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu i analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawą sieci komputerowej dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 1/I/2014

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.02.2014r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Dotyczy SIWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w analizatorze 3 DIFF 1 odczynnik lizujący ze śladową ilością cjanku tj poniżej 0,1%, nie wymagającą specjalnej procedury utylizacji odpadów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści analizator 3 DIFF i analizator 5 DIFF o wydajności 60 badań na godzinę każdy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego