



## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 12/XII/2016**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.12.2016r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Dot. zad.6, poz. 5 – W związku z zaprzestaniem produkcji przedmiotu opisanego w zad.6, poz. 5, czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tej pozycji z zadania 6?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w zadaniu 6 wykreśla pozycję 5.

### **Pytanie 2**

Dot. Zad. 6, poz. 10- W związku z zaprzestaniem produkcji przedmiotu opisanego w zad.6, poz. 10, czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tej pozycji z zadania 6?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w zadaniu 6 wykreśla pozycję 10.

### **Pytanie 3**

Dot. Zad. 6, poz. 8 – Czy zamawiający miał na myśli zestaw do wersji gravitacyjnej do butelek żywieniowych z końcówką enfit?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie 4**

zadanie 17 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy długoterminowy X Split Dual Lumen Haemodialysis Catheter Kit ( Citra-XS Nile ) z końcówką dzieloną dla mniejszej recyrkulacji, cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o średnicy 14FR i długości całkowitej cennika 28 cm, 32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepą, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytania do projektu umowy:**

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający zgadza się aby we wzorze umowy została dopisana fraza o następującej (lub podobnej) treści: „lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. b-d wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

1. opia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia  
Spółka z ograniczoną  
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice  
tel. 774467228(29), faks 774459826  
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635  
REGON: 160213499  
KRS: 0000312406  
Bank Spółdzielczy w Gogolinie  
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:  
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000  
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)  
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel.