



## **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 12/XII/2016**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.12.2016r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 34, 35, 36, 80, 81, 82, 83, 130, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 259, 261 do osobnego pakietu producentycznego, co pozwoli na złożenie Państwu konkurencyjnej cenowo oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 2**

#### **Zadanie 17 - Cewnik do dializ ostre, permanentne, ilość pozycji 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **20 cm** ( nr katalogowy EF- 7713), **24cm** (nr katalogowy EF- 7813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnice J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 3**

#### **Dotyczy: PN 12/XII/2016, Zadanie 17 - Cewnik do dializ ostre, permanentne, ilość pozycji 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14FR o długości **20cm** ( nr katalogowy EF- 8713), **24cm** ( nr katalogowy 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnice J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Zadanie 8**

#### **Pytanie 4**

**Poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem SIWZ w opakowaniach 480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w dół czy w górę.

#### **Odpowiedź:**

Tak, niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w górę.

### **Pytanie 5**

**Poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści test zgodny z opisem SIWZ w opakowaniach 400 sztuk + przyrząd PCD z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w dół czy w górę.

#### **Odpowiedź:**

Tak, niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w górę.

**Pytanie 6**

**Poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem SIWZ w opakowaniach 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o informację czy niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w dół czy w górę.

**Odpowiedź:**

Tak, niepełną liczbę opakowań należy zaokrąglić w górę.

**Pytanie 7**

**Poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści do oceny koperty zgodne z opisem SIWZ z 12 miejscami do zaprotokołowania (6 na jednej i 6 na drugiej stronie koperty)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Poz. 12-16.** Prosimy o wydzielenie pozycji 12-16 do odrębnego pakietu. Ww. pozycje to innego rodzaju asortyment, który uniemożliwia złożenie oferty firmom zajmującym się specjalistycznym sprzętem do sterylizacji.

Wydzielenie pozycji pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o uzasadnienie, dlaczego Zamawiający nie utworzy odrębnego pakietu na przedmiotowy asortyment.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

**Poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści do oceny tacę do sterylizacji w rozmiarze 480 x 250 x 60mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10**

**Poz. 11.** Czy Zamawiający dopuści test skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej w postaci plastikowego paska z naniesioną substancją z 4 stron z potwierdzeniem, że test może być stosowany do myjek ultradźwiękowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowskie Centrum Zdrowia  
Spółka z ograniczoną  
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice  
tel. 774467228(29), faks 774459826  
Kapitał zakładowy: 2.685.000,00 zł.

NIP: 1990080635  
REGON: 160213499  
KRS: 0000312406  
Bank Spółdzielczy w Gogolinie  
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:  
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000  
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)  
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdze Tel.