



**KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.**



KCZ/ORG/ZM/99/01/2015

Krapkowice, dnia 16.01.2015r.

## **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - drugie postępowanie, nr postępowania 1/I/2015**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.01.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

#### **Zadanie 1 pozycja 18**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego zadania?

#### **Odpowiedź:**

Nie.

### **Pytanie 2**

#### **Zadanie 5 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę staplerów skórnych jednorazowego użytku z 35 zszywkami w ilości 50 szt. zamiast wyceny poz.1 i 2?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 3**

#### **część VII – cewniki, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik **tymczasowy** do hemodializy z podwójnym światłem (dwukanałowy), poliuretanowy, bez bocznych otworów, długość (implantu) od 15 cm do 20 cm, średnica implantu od 11,5F do 13 F? Cewnika permanentnego Zamawiający wymaga w kolejnym zadaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 4**

#### **część VII – cewniki, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy z podwójnym światłem (dwukanałowy), poliuretanowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, światło cewnika podzielone asymetrycznie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 5**

#### **część VII poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy z podwójnym światłem (dwukanałowy), silikonowy, bez bocznych otworów, długość (implantu) do mufki 19cm, długość do piasty 24cm, średnica implantu 15,5 F;

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 6**

### **część VII poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy z podwójnym światłem (dwukanałowy), silikonowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, światło cewnika podzielone asymetrycznie, długość (implantu) od 190 mm do 290 mm.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 7**

### **Części IV:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

Zestaw do przednich resekcji, w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Jednorazowy stapler liniowy o dł. linii szwów 45mm, przeznaczony do zabiegów kolorektalnych, zwłaszcza w przedniej niskiej resekcji, z niskoprofilową głowicą ułatwiającą aplikację w wąskiej miednicy, zawierającego ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Zszywka wykonana z drutu tytanowego obustronnie spłaszczona w technologii DST zapewniającej prawidłowe formowanie zszywek na grubej i zmienionej chorobowo tkance (Zamawiający określi wysokość ładunku przy składaniu zamówienia)
- Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przyplaszczonego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna. Narzędzie współpracujące z platformą elektrochirurgiczną Force Triad będącą w posiadaniu Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

### Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego