



KCZ/ORG/ZM/146/01/2017

Krapkowice, dnia 23.01.2017r.

## WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 1/I/2017**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2017r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Czy w zadaniu nr 3 poz.1 Zamawiający dopuści cewnik tunelizowany typu Broviac 6,6 Fr, długość 90 cm, z zestawem wprowadzającym. Cewnik silikonowy kontrastujący w RTG z mankietem podskórnym. Zacisk typu Roberts na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. Igła do tworzenia tunelu dostarczana z każdym zestawem. Specjalna proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie tunelu podskórnego przed nakłuciem żyły?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2**

Czy w zadaniu nr 13 poz.1 Zamawiający dopuści igłę ze szlifem Hubera do długich przetoczeń, z zabezpieczeniem przed samozakłuciem: z przezroczystym drenem o długości 21,5 cm wykonanym z poliuretanu ( materiału, który nie wchodzi w reakcję z agresywnymi lekami nowej generacji), pozbawonym latexu i DEHP, z zaciskiem typu Roberts do przerw w infuzji, z poczwórnymi, przezroczystymi skrzydełkami o najniższym na rynku profilu, z korpusem wykonanym ze sztywnego przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką /wykonaną z medycznej pianki/ od strony kontaktu ze skórą pacjenta, z kodowaniem rozmiarów za pomocą kolorów zacisku, na zacisku dodatkowo informacja: rozmiar igły, przepływ maksymalny, max. ciśnienie, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni sygnalizującej "kliknięciem" bezpieczną pozycję igły po wyjęciu. Kompatybilna z tomografią komputerową ( wytrzymała do 350 PSI). Rozmiar 20 G 15mm, 22G 20mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

### **Do wiadomości:**

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego