



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.-drugie postępowanie , nr postępowania 1/I/2017

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2017r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

zadanie 5 – klej chirurgiczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju tkankowego dotychczas stosowanego przez Zamawiającego z polimeru: monomerycznego n-butył-2-cyanoakrylatu, przezroczystego lub niebieskiego, w ampułkach o pojemności 0,5 ml ? Proponowany klej w kontakcie z wilgotną tkanką natychmiast polimeryzuje tworząc twardą substancję trwale przylegającą do tkanki , wskazania do stosowania: mocowanie siatek przepuklinowych, skleroterapia dużych żyłaków przełyku oraz dna żołądka, zamykanie ran o niskim stopniu naprężenia po zabiegach chirurgicznych oraz prostych dokładnie wypłukanych ran urazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

zadanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły bezpiecznej z atraumatycznym szlifem typu Hubera, przystosowaną do długotrwałych iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325psi) oraz do stosowania w CT i MRI. Igła posiada: mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający przypadkowe zakłucie (igła blokowana blaszką podczas wyjmowania z portu), przezroczystą podstawę z otworami wentylacyjnymi i podkładkę z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej - nie absorbującej płynu, uniemożliwiającej przenikanie bakterii, niesilikonowaną karbowaną kaniulę, ergonomiczne karbowane skrzydełka, przezroczysty dren 190mm+/-10mm nie zawierający DEHP, z kolorowym zaciskiem z opisem grubości igły i ciśnienia max. o rozmiarach : 20Gx15mm i 22Gx20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego