



KCZ/ORG/ZM/112/02/2018

Krapkowice, dnia 20.02.2018r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 1/II/2018

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.02.2018r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści:

W pozycji 1 – cewnik 11,5Fr o długości 19,5cm i 24cm,

W pozycji 2 – cewnik 14,5Fr o długościach 190mm, 230mm, 280mm - końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – ok. 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 poz. 2 protezy naczyniowe PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany o grubości 0,60 mm o rozmiarze 5-7 mm i długości 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 3 – klej chirurgiczny : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleju tkankowego dotychczas stosowanego przez Zamawiającego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu, przezroczystego lub niebieskiego, w ampułkach o pojemności 0,5 ml ? Proponowany klej w kontakcie z wilgotną tkanką natychmiast polimeryzuje , tworząc twardą substancję trwale przylegającą do tkanki , wskazania do stosowania: mocowanie siatek przepuklinowych, skleroterapia dużych żyłaków przełyku oraz dna żołądka, zamykanie ran o niskim stopniu naprężenia po zabiegach chirurgicznych oraz prostych dokładnie wypłukanych ran urazowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie wyżej opisanego kleju tkankowego.

Pytanie 4

Zadanie 1, Poz. 1 cewnika do krótkotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, dwuświatłowy –12 Fr x 20 cm lub 24 cm wykonanego z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml, igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy 12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki luer - lock heparynizowane,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Zadanie 1, Poz. 2 cewnika do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, dwuświatłowy - wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane, końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, cewnik o rozmiarze 15.5F, z mufą, w długościach 190 mm oraz 310 mm do wyboru przez zamawiającego. Zestaw posiada: koszulkę wprowadzającą typu Peel Away z zastawką, igłę (18G x 70 mm), prowadnicę "J"(.038"/0,97mmx700mm), rozszerzacz naczyniowy 16G, tunelizator, skalpel 11", pierścień mocujący, 2 korki zamykające końcówki cewnika luer - lock oraz plaster.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego