



KCZ/ORG/ZM/ 114/02/2018

Krapkowice, dnia 20.02.2018r.

### **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 1/II/2018**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.02.2018r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy zadania 1.1**

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, protezy PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany zapewniającej wysoką wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą nacięcie podłużne wszczepionej protezy bez zakładania szwów zabezpieczających, poprawiającą jakość posługiwania się materiałem i zapewniającym lepsze trzymanie szwów, o grubości:

a) w pozycji 1 o grubości 0,47 mm

b) w pozycji 2 o grubości 0,59 mm przy końcu ujścia tętniczego protezy i 0,36mm przy końcu ujścia żylnego protezy

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 2**

Ze względu na fakt, iż nasza firma nie posiada w swojej ofercie ostrych cewników do krótkotrwałego dostępu naczyniowego, prosimy o wydzielenie cewników permanentnych do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy do osobnego pakietu lub o umożliwienie wzięcia udziału według części w pakietach.

##### **Odpowiedź:**

Odpowiedz na pytanie w odpowiedziach na pytanie 2 i 4 z dnia 20.02.2018(3).

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego