



## **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek przepuklinowych i staplerów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., nr postępowania 7/X/2015**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.10.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1 do części nr III- „Siatki 3”, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści siatki o następujących parametrach:

Siatki do naprawy przepuklin brzusznych, niewchłaniające, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Elastyczne, odporna na rozciąganie, wytrzymałe przy naprężeniu od 0,3mm do 0,6mm. Parametry: grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,70 mm, wymiary : 6 x 11 cm.

Implantacja metodą laparoskopową. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Siatka może być przycinana według potrzeb z zachowaniem swoich właściwości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 2 do części nr III- „Siatki 3”, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści siatki o następujących parametrach:

Siatki do naprawy przepuklin brzusznych, niewchłaniające, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Elastyczne, odporna na rozciąganie, wytrzymałe przy naprężeniu od 0,3mm do 0,6mm. Parametry: grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,70 mm, wymiary : 7,5 x 15 cm.

Implantacja metodą laparoskopową. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Siatka może być przycinana według potrzeb z zachowaniem swoich właściwości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3 do części nr III- „Siatki 3”, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści siatki o następujących parametrach:

Siatki do naprawy przepuklin brzusznych, niewchłaniałne, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Elastyczne, odporna na rozciąganie, wytrzymałe przy naprężeniu od 0,3mm do 0,6mm. Parametry: grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,70 mm, wymiary : 10 x 15 cm.

Implantacja metodą laparoskopową. Sterylne, pakowane pojedynczo.

Siatka może być przycinana według potrzeb z zachowaniem swoich właściwości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego