



## **Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek przepuklinowych i staplerów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., nr postępowania 7/X/2015**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.10.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie nr 1**

#### **Dotyczy – III część zamówienia**

1. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaofiarowania obok istniejących zapisów SIWZ, specjalistycznych siatek przepuklinowych o następujących parametrach: „Makroporowata, monofilamentowa, siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m2,”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 2**

#### **Dotyczy – IV część zamówienia**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaofiarowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia:

- a. w pozycji 1 zestawu składającego się z narzędzia do mocowania siatek metodą laparoskopową z 30 wchłaniającymi wkrętami, kompletem trokarów oraz siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronnej, z przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 15 x 20cm wynosi 2,34 grama.
- b. w pozycji 2 zestawu składającego się z narzędzia do mocowania siatek metodą laparoskopową z 30 wchłaniającymi wkrętami, kompletem trokarów oraz siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronna, z przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 20 x 30cm wynosi 4,68 grama.
- c. w pozycji 3 zestawu składającego się z narzędzia do mocowania siatek metodą laparoskopową z 30 wchłaniającymi wkrętami, kompletem trokarów oraz siatki złożonej do naprawy przepuklin, dwustronnej, z

przestrzenną hydrofilową strukturą dzianiny poliestrowej po stronie ściennej. Splot siatki ułatwiający szybką integrację z powłokami jamy brzusznej, ze specjalnym krzyżowym splotem dzianiny, zapewniającym wysoką przezierność siatki i podwyższoną wytrzymałość na rozdarcie i szycie. Wielkość oczek 2,4 x 2,0mm, grubość 1,7mm, waga dla siatki o wymiarach 15 x 20cm wynosi 2,34 grama.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy – V część zamówienia**

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaferowania obok istniejących zapisów SIWZ, asortymentu o poniższych parametrach:

- d.** Poz. 1 - Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm lub 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, zamykający na 1,5mm i 2,0mm, ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi rozmiar i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia,
- e.** Poz. 2 – Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 15mm i długości trzonu 29,5cm, o wymiarach 12,70x22,86cm i pojemności ok. 1500ml,
- f.** Poz. 3 – Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obrczłą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml.
- g.** Poz. 4 – Jednorazowy zestaw składający się z trokara o śr. 5mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 + dodatkowa kaniula 5 mm, długość 100mm,
- h.** Poz. 5 – Jednorazowy zestaw składający się z trokara o średnicy 12mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm + dodatkowa kaniula 12mm, długość 100mm,

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 4**

#### **Dotyczy – VII część zamówienia**

Czy zamawiający w VII części zamówienia w pozycji b), wymaga ładunku laparoskopowego, zamykająco-tnącego, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, długość linii szwów 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej. - 3szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 5**

Czy zamawiający w VII części zamówienia wymaga dodatkowej pozycji: „jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem

zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159°. 1szt”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice  
tel. 774467228(29), faks 774459826  
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635  
REGON: 160213499  
KRS: 0000312406  
Bank Spółdzielczy w Gogolinie  
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:  
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000  
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)  
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdże Tel. 774075020