



## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 12/XII/2017**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.12.2017r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

### **Zadanie 10**

#### **Pytanie 1**

Poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret pakowany po 100 szt w opakowanie zbiorcze foliowe?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 2**

Poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 3**

Poz. 1,2,4

Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu?

#### **Odpowiedź:**

Nie.

### **Zadanie 14**

#### **Pytanie 4**

Poz.1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza czterokanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 7**

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 8**

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 11**

Poz.3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń leków światłoczułych :Długość zestawu- 188 cm, Objętość wypełnienia- 13 ml, Średnica wewnętrzna- 3 mm, Komora kroplowa z kolcem (wentylowana / niewentylowana),Komora dwuczęściowa, elastyczna dla łatwego wypełnienia, bez PCV, 20 kropli / ml, Wentylowany filtr, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), Z zatyczką z filtrem hydrofobowym typu PrimeStop, łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia, 1 męskie złącze typu Luer, Dren z polichlorku winylu (PVC), Odporny na tłuszcze, Do leków światłoczułych, 15µm filtr infuzyjny, Bez lateksu, Nie zawiera DEHP, Sterylizowany tlenkiem etylenu, Pakowany indywidualnie?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 12**

Poz.1-3

Czy zamawiający wydzieli poz. do osobnego pakietu ze względów ekonomicznych?

### **Odpowiedź:**

Nie.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego