



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 12/XII/2017

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.12.2017r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Zadanie 8

Pytanie 1

pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki do stosowania z przyrządem PCD w opakowaniach po 100 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie 8 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 8 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kontrolujące skuteczność mycia mechanicznego w jednej płaszczyźnie, w opakowaniach po 200 sztuk? Wraz z pierwszą dostawą dostarczymy kompatybilne przyrządy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do portów zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock oraz łącznikiem „Y” zakończonym systemem bezigłowym z dodatnim bolusem. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ (5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego