



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 12/XII/2017

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.12.2017r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Zadanie 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki medycznej jednorazowego użytku o poj 875 ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Zadanie 3, poz. 1-5:

Czy Zamawiający oczekuje wyrobów wykonanych z masy celulozowej o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Zadanie 4, poz. 1:

Czy nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli objętość próbki krwi nie większej niż 0,8 ul?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli objętość próbki krwi nie większej niż 0,8 ul?

Pytanie 4

Zadanie 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga roztworów kontrolnych na trzech poziomach (niski, normalny, wysoki), każdy w osobnej fiolce, przydatnych do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy, co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiolki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniem się roztworu po otwarciu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Zadanie 4, poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje informacji o niedostatecznej ilości krwi oraz możliwości dobrania brakującej ilości próbki krwi na pasku w ciągu 3 sekund?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Zadanie 9, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o wymiarach 42mm/56mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Zadanie 9, poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody jednorazowego użytku do prób wysiłkowych, na bazie gąbki PE, o średnicy 48 mm, żel stały?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8**Zadanie 9, poz. 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody jednorazowego użytku do prób wysiłkowych, na bazie gąbki PE, o średnicy 54 mm, żel stały?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9**Zadanie 9, poz. 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o średnicy 55 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.685.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA: ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL: os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY: ul. Główna 23, 47-316 Górażdzie Tel. 774075020