



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/155 /01/2023

Krapkowice 31.01.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - znak sprawy ZO/3/2023

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji zbiornika na ciekły tlen medyczny, czy zbiornik podczas trwania Umowy z tego postępowania ma być posadowiony w dotychczasowym miejscu ?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje rozpoczęcie rozbudowy Szpitala na przełomie I i II kwartału 2023 r., jednakże w chwili obecnej nie jest w stanie jednoznacznie zadeklarować, czy w tym czasie zbiornik zostanie przeniesiony w trakcie obowiązywania umowy na dostawę gazów medycznych. W związku z tym należy założyć w ofercie, że zbiornik nie będzie przenoszony, a w przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia, koszty poniesie Zamawiający na zasadach odrębnej umowy.

Pytanie 2

Proszę o wprowadzenie pozycji transport przy dostawie ciekłego tlenu medycznego jak i przy dostawie gazów w butlach w jednostce miary „dostawa”. Bez wprowadzenia takiej pozycji nie jest wiadomym, czy opłatę za dostawę wliczyć proporcjonalnie w jedną butlę, w dwie, a może w dziesięć. Nigdy nie będzie wiadomo ile butli Zamawiający zamówi w jednej dostawie.

Odpowiedź:

Zamawiający w formularzu ofertowym wprowadza pozycję „transport”.

Pytanie 3

Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących czystości tlenu medycznego ciekłego do 99,5%.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednocza zapis dotyczący czystości tlenu medycznego do 99,5 %

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada rezerwowe źródło zasilania w tlen medyczny z którego będzie zasilał Szpital w tlen w ciągu aż 14 tu dni w czasie których dotychczasowy dostawca ewentualnie zdemontuje swój zbiornik a nowo wyłoniony dostawca jeszcze zbiornika nie posadowi?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada.

Pytanie 5

W formularzu ofertowym są dwie pozycje butli 10l na tlen medyczny. Jaka jest różnica pomiędzy nimi ? Prosimy o dodatkowy opis.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił opis w formularzu ofertowym.

Pytanie 6

Prosimy o zmianę opisu w pozycji dzierżawa butli na tlen medyczny 10l. Butla ze zintegrowanym reduktorem zawiera 2,14m3 gazu a butla ze standardowym zaworem zawiera 1,6m3 gazu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił opis w formularzu ofertowym.

Pytanie 7

Prosimy o zastąpienie nazwy handlowej Laparox opisem dwutlenek węgla do laparoskopii/endoskopii.

Odpowiedź:

Zamawiający zastąpił nazwy handlowe.

Pytanie 8

Prosimy o zmianę dotyczącą wystawiania faktur na:

- rozliczenie za dzierżawę butli i zbiornika będzie następować comiesięcznie z dołu.
- rozliczenie za dostawy towaru będzie następować po każdej dostawie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 9

Prosimy o ujednoczenie zapisów (odniesienia do wysokości kar) paragrafu 8 ust 1, 1) a) oraz paragraf 8 ust1, 2).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. A/a
2. strona www.kcz.krapkowice.pl