



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/ 195/07/2014

Krapkowice, 17.07.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na dostawę końcówek do noża harmonicznego, znak sprawy ZO/10/2014

Zamawiający Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.07.2014r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu charakteryzującego się poniższymi parametrami:

- Poz.1 - Przetwornik zgodny z opisem,
- Poz.2 - Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 20 cm, długość bransz 16mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji.
- Poz.3 - Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 5 mm włącznie, wykorzystujące technologię ultradźwiękowego cięcia i koagulacji tkanek, współpracujące z oferowanym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 16 mm, długość ramienia 20 cm, jednorazowe, sterylne.
- Poz.4 - Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego, dł. ramienia 35 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.
- Poz.5 - Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. 5 mm włącznie, wykorzystujące technologię ultradźwiękową śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm., Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna.

Wykonawca na okres trwania umowy (jeden rok) dostarczy bezpłatnie generator, obsługujący wymieniony powyżej sprzęt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu o wyżej wymienionych parametrach pod warunkiem dostarczenia bezpłatnie, na okres trwania umowy, generatora obsługującego wyżej opisany sprzęt.

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy:

paragraf 5 ust 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy: paragraf 6 ust 1b:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,3% ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy: paragraf 6 ust 1c:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy:
Czy w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, które zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Tak, w przypadku dostarczenia w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, urządzenia zastępczego Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów SIWZ – rozdział I, pkt. 3 „wariant II”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:
„II wariant - urządzenie kompletne, spełniające tą samą funkcję jak urządzenie opisane w załączniku nr 1 do zaproszenia. Koszty eksploatacji oraz naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na powyższy. Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie przez cały okres obowiązywania umowy było na gwarancji, która obejmować będzie przeglądy urządzenia, napraw, konserwacje wraz z częściami zamiennymi.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego.