



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

DOSTAWA DWÓCH APARATÓW USG WRAZ Z MONTAŻEM I PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW DLA KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Os. XXX lecia 21
47-303 Krapkowice

Nazwa zadania: CPV: 33.11.22.00-0

Nr postępowania: PN 8/X/2015

Zatwierdzam: Prezes Zarządu – Marcin Misiewicz

Data zatwierdzenia: 23.10.2015r.

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwóch aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- 1) CPV: 33.11.22.00-0 – aparaty ultrasonograficzne,
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zawiera załącznik nr 2 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
- 3) Oferowane aparaty USG muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2015 r.
- 4) Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie zamawiającego.
- 5) Wykonawca bierze odpowiedzialność za pełne i kompletne dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz jego instalację i uruchomienie.
- 6) Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy aparaty USG dotrą do Szpitala w Krapkowicach, Os. XXX lecia 21, zostaną tam rozpakowane, ustawione i podłączone a ich prawidłowe działanie zostanie zaprezentowane Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi.
- 7) Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcę i będzie zawierał wszystkie ewentualne zastrzeżenia. Po całościowym zamontowaniu i uruchomieniu aparatów USG, dokonany zostanie odbiór ostateczny. Zamawiający otrzymuje kopię protokołu.
- 8) Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przeszkolenia na swój koszt personelu Zamawiającego w zakresie racjonalnej obsługi aparatów USG po ich protokołarnym ostatecznym odbiorze i uruchomieniu. Przeszkolenie obejmuje nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) osób i odbywać się będzie w trzech etapach: I etap – 2 dni robocze szkolenia maksymalnie 10 osób niezwłocznie po dacie ostatecznego odbioru i uruchomieniu aparatów USG. II etap – 1 dzień roboczy szkolenia maksymalnie 10 osób w terminie 1,5 do 2 miesięcy od daty ostatecznego odbioru i uruchomienia aparatu USG. III etap – w terminie 6 miesięcy zapewnienie kursu specjalizacyjnego dla 3 lekarzy Zamawiającego organizowanego przez specjalistyczną placówkę uzgodnioną z Zamawiającym. Dodatkowo Wykonawca przeszkoli dwie wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie podstawowej obsługi serwisowej aparatów USG.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej pomocy celem wdrożenia przesyłania zdjęć USG w formacie DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemu szpitalnego MEDICOM.
- 10) Wykonawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy i bieżący serwis gwarantujące poprawne funkcjonowanie aparatów USG. Naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona najpóźniej w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym reakcja na zgłoszenie w ciągu 24 h.
- 11) Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu części zamienne własnej produkcji przez okres co najmniej 10 lat od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru aparatów USG. Ostatni kompleksowy przegląd gwarancyjny na 1 miesiąc przed końcem gwarancji.

- 12) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu na czas nieoznaczony licencji na używanie oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy aparatów USG oraz do dostarczenia wszystkich uaktualnień używanego oprogramowania o ile takie powstaną. Wynagrodzenie za udzieloną licencję i oprogramowania zawarte jest w cenie aparatu.
- 13) Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania do eksploatacji sprzętu

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.
2. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.
 - wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie niższej niż 80% wartości składanej oferty.
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ), dołączonych do oferty.

Zamawiający wezwie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta podlegałaby odrzuceniu.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (**załącznik nr 3a do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy**) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (**załącznik nr 3b do SIWZ – oświadczenie Pełnomocnika**),
- b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie niższej niż 80% wartości składanej oferty, w oparciu o druk stanowiący **załącznik nr 6 do SIWZ**. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie;

2) Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (**załącznik nr 3a do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy**) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (**załącznik nr 3b do SIWZ – oświadczenie Pełnomocnika**),
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert – dot. wszystkich Wykonawców,
- d) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w lit.a-d.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. b-d SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a. deklaracja CE wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.,

- b. materiały określające parametry oferowanych aparatów tj. materiały producenta, foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2.
- 5) **Inne dokumenty niewymienione wyżej:**
- a) pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
- b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy **formularz ofertowo-cenowy**, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SIWZ**,
- c) wypełniony i podpisany **załącznik nr 2 do SIWZ** – Zestawienie parametrów technicznych.
- d) oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z załączonym Wzorem Umowy, który Wykonawca przyjmuje bez zastrzeżeń (**załącznik nr 1 do SIWZ**),
- e) wypełniony i podpisany **załącznik nr 4 do SIWZ** - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
- f) wypełniony i podpisany **załącznik nr 5 do SIWZ** - wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zamówienie będzie realizował bez udziału podwykonawców, na załączniku nr 5 wpisuje „**nie dotyczy**” i dołącza do oferty.

VII PODWYKONAWCY

Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – **załącznik nr 5 do SIWZ**.

VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
- pisemnej,
 - faksem,
 - elektronicznej,

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy.
- 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
- a) za pomocą faksu: na numer 77-44 59 826
- b) elektronicznie: przetargi@kcz.krapkowice.pl
- c) pisemnie na adres:

Krapkowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

- 4) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy.
- 5) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Iwona Wymysłowska, tel. 77 44 67 263
Uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 – 15:00
- 6) Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie oraz SIWZ: www.kcz.krapkowice.pl

Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Zaleca się, aby:
 - 1) załączyć spis treści oferty oraz ułożyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ,
 - 2) każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 - 3) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. była parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 - 4) kartki oferty były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
6. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na dostawę aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników

dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

nie otwierać przed 02.11.2015r. godz. 10.30

7. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie inaczej opisana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1. Oferty należy złożyć** w siedzibie Zamawiającego tj. w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: 47-303 Krapkowiec, Os. XXX lecia 21 – **sekretariat w terminie do dnia 02.11.2015r. do godz. 10:00**. W przypadku dostarczenia ofert przez pocztę lub innego doręczyciela, za przesyłkę doręczoną uważa się przesyłkę, która wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Ryzyko niedostarczenia przesyłki w terminie obciąża Wykonawcę.
- 2. Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: 47-303 Krapkowiec, Os. XXX lecia 21 – **sala posiedzeń – w dniu 02.11.2015r. o godz. 10:30**.
3. Po otwarciu ofert Zamawiający odczyta i odnotuje w protokole postępowania informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecny, jednak wyłącznie na ich wniosek.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Cena netto oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ, jest niezmienna i nie podlega żadnym negocjacom.
3. Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe na czas realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji.
4. Wszystkie wartości w formularzu ofertowym winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. W ofercie należy podać wartość w PLN.

XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,
- 2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą SIWZ,
- 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Zamawiający poprawi w ofercie

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Kryteria oceny ofert:

- 1) Zamawiający określa dwa kryteria oceny ofert:
 - a) cena – 90%
 - b) okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) – 10%
- 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru:

$$\text{liczba punktów oferty} = \text{liczba punktów w kryterium cena} + \text{liczba punktów kryterium okres gwarancji}$$

- 3) **Kryterium cena:** oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów dla tego kryterium, tj. 90 punktów.

Oferta w kryterium cena oceniana będzie wg wzoru:

$$\text{wartość punktowa w kryterium} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 90\% \times 100$$

4) Kryterium okres gwarancji: wyrażony w miesiącach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg. reguły:

Za gwarancję udzieloną na wymagany okres 24 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów.

Oferta z gwarancją 48 i więcej miesięcy otrzyma 10 punktów. Jest to maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać w kryterium „okres gwarancji”.

Za każdy miesiąc gwarancji powyżej 24 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty wg wzoru: 1/24 x 10 pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy, do wyliczenia punktów w kryterium „okres gwarancji” Zamawiający przyjmie 48 miesięcy.

5) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 2) Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
- 3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 4) Jeżeli jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

2. Zawarcie umowy

- 1) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

3. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY

1. Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wyszczególnionych w art. 24 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Odrzucenie ofert

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVIII WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Do oferty Wykonawca złoży oświadczenie, że zapoznał się z załączoną propozycją umowy, którą przyjmuje bez zastrzeżeń. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

XIX ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

XX LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 3a i 3 b - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

(pieczęć firmy Wykonawcy)

....., data.....

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Strona internetowa:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Nazwa banku i numer konta bankowego:

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**dostawę dwóch aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników
dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**

nr sprawy 8/X/2015 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ istotnych warunków zamówienia za cenę:

L.p.	Nazwa handlowa model / producent	Ilość	Jedn. cena netto	Wartość netto	VAT (od wartości netto)	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1						

Okres gwarancji : (słownie:),

Termin płatności : do 60 dni od daty dostarczenia faktury.

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania **oferty wspólnej** przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:

Stanowisko

imię i nazwisko

tel.

fax.

Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ .

- Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam/y/, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczam/y/, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyłem/liśmy/ ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam następujące dokumenty - załączniki stanowiące integralną część oferty:

.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 wskazanej ustawy)

.....
.....

....., dnia

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych i podpisanych stron

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1. Parametry techniczne aparatu USG – 1 szt.

Nazwa aparatu:

Rok produkcji:

Nazwa dystrybutora:

LP.	Opis aparatu	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy nie używany wyprodukowany w 2015	TAK	
2.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK	
3.	Ilość kanałów procesowych	Min. 500 000	
4.	Ilość aktywnych gniazd dla głowic	Min. 3 + 1 parkingowe	
5.	Przełączenie głowic	<2 sec.	
6.	Dynamika systemu	Min. 260 dB	
7.	Odświeżanie obrazu tzw."frame rate"	Min. 650 Hz	
8.	Zakres stosowanych częstotliwości pracy	Min. 2.0 – 20.0 MHz	
9.	Głębokość penetracji	Min. 0,5-36 cm	
10.	Liczba regulowanych ognisk	min. 5	
11.	Regulacja wysokości konsoli sterowana elektronicznie (góra-dół)	TAK	
12.	Regulacja pulpitu (przód-tył, lewo-prawo)	TAK	
13.	Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion – poziom na regulowanym dwuprzegubowym ramieniu	Min. 19 cali (Min. 220 cd/m ²)	
14.	Wbudowany w aparat tuch Screen	Min 10 cali	
15.	Wbudowany w aparat dysk twardy	Min 500 GB	
16.	Wbudowany w aparat wideoprinter B&W	TAK	
17.	Pamięć kinowa Cine - Loop	TAK	
18.	Ilość klatek cine-loop	Min 19000 klatek	
19.	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami twz. cine-loop	TAK	
20.	Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD.	TAK	
21.	Eksport oraz zapis w formatach: DICOM, JPG, AVI, Raw Data (surowe dane)	TAK	
22.	Dostępne aplikacje: a) jama brzuszna b) ginekologia c) położnictwo d) małe i powierzchniowe narządy e) tarczycza, sutki, jądra f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkraniałne) g) pediatria i badania neonatalne h) urologia i) kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu)	TAK	
23.	Zoom HD	Min x22	
24.	Rozbudowane tryby obrazowania: a) B - Mode b) M – Mode c) M – Mode + kolor	TAK	

	d) Color Doppler e) HD Flow f) Power Doppler g) Spektralny Doppler h) Tissue Doppler Imaging – Doppler Tkankowy i) Triplex/duplex		
25	Uchyłność bramki dopplerowskiej	Min +/- 20°	
26	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 1 – 15 mm	
27	Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku	TAK	
28	PRF dla PW	Min. 1,0 – 22,0 KHz	
29	Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości skali.)	TAK	
30	Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków w tzw. układzie skrzyżowanym	Min. 11 kątów	
31	Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek	TAK	
32	Funkcja automatycznego obliczania NT	TAK	
33	Funkcja automatycznego obliczania IT	TAK	
34	Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu min. FL, HC, AC, BPD	TAK	
35	Tryb skanowania panoramicznego	TAK	
36	Tryb niedopplerowskiej oceny przepływów (wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość)	TAK	
37	Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska	TAK	
38	Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego	TAK	
39	Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu	TAK	
40	Możliwość przenoszenia danych z oraz do urządzeń typu pen – drive	TAK	
41	Gniazda USB	Min. 3	
42	Dicom	TAK	
43	Waga aparatu	Max. 135 kg.	
44	Podstawa jezdna na kołach obrotowych z możliwością blokady	TAK	
45	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK	
46	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku PenDrive oraz wydruk obrazu na printerze.	TAK	
47	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100Mbps	TAK	
48	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100Mbps w celu wysłania danych (obrazy, raporty)	TAK	
49	Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu	TAK	
50	Zapis obrazów w formatach DICOM, JGP, BMP, i TIFF oraz pętli obrazowych AVI w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive, lub płytach DVD-R/RW	TAK	
II	Główce ultradźwiękowe		
1.	<i>Głowica convexowa</i>	TAK	
1a	Pasma przenoszenia	Min. 2.0-5.0 MHz	
1b	Kąt skanu	70° +/-2°	
1c	Ilość elementów	Min. 190	
1d	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK	
2.	<i>Głowica endowaginalna</i>	TAK	
2a	Pasma przenoszenia	Min. 4.0 – 9.0 MHz	
2b	Ilość elementów	Min. 190	
2c	Kąt skanu	145° +/-2°	
3.	<i>Głowica linowa</i>	TAK	
3a	Zakres częstotliwości pracy	Min. 4,0 – 10,00 MHz	
3b	Ilość elementów	Min. 190	
3c	Kąt skanowania	Min. 65st.	
3d	Czoło głowicy	Max. 40mm	
III	Możliwości rozbudowy (opcje)		
1.	Obrazowanie metodą wizualizacji trójwymiarowej pozwalająca na realistyczne	TAK	

	odzworowanie struktur badanych z jakością zbliżoną do obrazu rzeczywistego i regulacją światła padającego na struktury badane		
2.	Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 46 klatek/sekundę	TAK	
3.	Elastografia z analizą	TAK	
4.	Funkcja umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90°(2D) bez przesuwania sondy (możliwość jednoczesnej, w czasie rzeczywistym prezentacji obrazu referencyjnego 2D, oraz obrazu prostopadłego do tego obrazu)	TAK	
5.	Tryb obrazowania tomograficznego	Min. 9 obrazów	
6.	Obrazowanie za pomocą kontrastu	TAK	
7.	Oprogramowanie dedykowane do obrazowania 3D/4D serca płodu – STIC –oglądanie serca płodu bez utraty rozdzielczości czasowej	TAK	
8.	Oprogramowanie do obserwacji cienkiej warstwy obrazu, przy czym płaszczyzna mogłaby być poprowadzona po dowolnej krzywej złożonej	TAK	
9.	Automatyczne i manualne obliczanie objętości na obrazie 3D za pomocą tuch Screena	TAK	
10.	Stacja robocza z oprogramowaniem do obliczania ryzyka, archiwizacji badań i dostępem do aplikacji pomiarowych	TAK	
11.	Głowicę convexową wolumetryczną, liniową wolumetryczną, endorektalną wolumetryczną, microconvexową wolumetryczną	TAK	
IV	Gwarancja i serwis		
1.	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) przez Autoryzowany serwis producenta	Min. 24 miesięcy	
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem	TAK	
2.	Szkolenie z obsługi aparatu zgodnie z warunkami umowy przetargowej	TAK	
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego -min. 10 lat	TAK	
3.	Przeglądy gwarancyjne uwzględnione w cenie aparatu	TAK	

2. Parametry techniczne aparatu USG – 1 szt.

Nazwa aparatu:

Rok produkcji:

Nazwa dystrybutora:

LP.	Opis aparatu	Parametr Wymagany	Parametr Oferowany
1.	Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach i wadze maksymalnej 60 kg. Fabrycznie nowy rok produkcji 2015. Dostarczony przez Autoryzowanego dystrybutora producenta.	TAK. Dołączyć dokument	
2.	Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min.180000	TAK	
3.	Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 17".	TAK	
4.	Możliwość obrotu, pochylenia monitora względem pulpitu	TAK	
5.	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych.	TAK	
6.	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-13MHz	TAK	
7.	Dynamika systemu min. 220 dB	TAK	
8.	Minimum 3 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych	TAK	
9.	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >5000 obrazów	TAK	
10.	B-mode	TAK	
11.	FRAME RATE dla trybu B plus color doppler: min. 300 obrazów /sek	TAK	
12.	FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek	TAK	

13.	Obrazowanie tzw. rombów w trybie B-mode na głowicach liniowych	TAK	
14.	Maksymalna głębokość penetracji aparatu min 33 cm.	TAK	
15.	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym	TAK	
16.	Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu.	TAK	
17.	Podział ekranu na min. 4 obrazy w trybie badania i min. 16 obrazów w trybie przeglądania w archiwum aparatu.	TAK	
18.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 60x. bez straty jakości obrazu	TAK	
19.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.	TAK	
20.	Doppler Kolorowy (CD)	TAK	
21.	Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min 300 Hz	TAK	
22.	Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci.	TAK	
23.	Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE”	TAK	
24.	Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci.	TAK	
25.	Power Doppler (PD)	TAK	
26.	Doppler pulsacyjny (PWD)	TAK	
27.	Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler min. ± 20 stopni	TAK	
28.	Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm	TAK	
29.	Korekcja kąta w zakresie minimum $\pm 90^\circ$ na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku.	TAK	
30.	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku	TAK	
31.	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD)	TAK	
32.	Zainstalowany moduł DICOM umożliwiający zapis i przesłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK	
33.	Oprogramowanie do badań: a) pediatrycznych a) położniczych b) ginekologicznych c) małych narządów d) naczyniowych e) mięśniowo-szkieletowych f) brzusznych g) kardiologicznych Raporty do wszystkich wymienionych typów badań z możliwością redagowania przez użytkownika. Minimum wstawianie własnego loga, gotowych komentarzy .	TAK	
34.	Głowica elektroniczna convex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy,	TAK	
34a	Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 - 5,0 MHz	TAK	
34b	Ilość elementów: minimum 125	TAK	
34c	Kąt obrazowania w trybie B minimum 55°	TAK	
34d	Głębokość obrazowania minimum 33 cm	TAK	
34e	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	TAK	
35.	Głowica elektroniczna endorektalna ze zmianą częstotliwości pracy	TAK	
35a	Zakres częstotliwości obrazowania min. 5,0 - 10,0 MHz	TAK	
35b	Ilość elementów: minimum 128 kryształy	TAK	
35c	Kąt obrazowania w trybie B minimum 125°	TAK	
35d	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	TAK	
36.	Głowica elektroniczna liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy	TAK	
36a	Zakres częstotliwości obrazowania min. 4,0 - 13,0 MHz	TAK	

36b	Szerokość głowicy max. 40 mm	TAK	
36c	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding)	TAK	
37.	Videoprinter czarno-biały małego formatu	TAK	
38.	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów	TAK	
39.	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB z przodu aparatu.	TAK	
40.	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie vga, s-video, composite	TAK	
41.	Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów min. 320 GB. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : <ul style="list-style-type: none"> • B/M-Mode <ul style="list-style-type: none"> - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Skala osi czasu dla M-Mode • PW-Mode <ul style="list-style-type: none"> - Wzmocnienie - Przesunięcie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulecje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego 	TAK	
42.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz	TAK	
43.	Możliwość rozbudowy o funkcję anatomicznego m mode	TAK	
44.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru	TAK	
45.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
46.	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer)	Min. 24 miesiące	
47.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego -min. 10 lat	TAK	
48.	Przeglądy gwarancyjne uwzględnione w cenie aparatu	TAK	
49.	Bezpłatne szkolenie użytkowników zgodnie z warunkami umowy przetargowej	TAK	

(pieczęć firmy Wykonawcy)

....., data.....

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Data:

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(pieczęć firmy)

....., data.....

<p>OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</p> <p>OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</p>
--

Data:

Nazwa Wykonawców:

- 1)
- 2)
- 3)

Siedziba Wykonawców:

- 1)
- 2)
- 3)

Oświadczam, że Wykonawcy, których reprezentuję spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(podpis i pieczęć Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

(pieczęć firmy)

....., data.....

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:.....

Niniejszym oświadczam, iż:

1. nie należę do żadnej *

2. należę do *

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184).

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2 powyżej, niniejszym załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres siedziby
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

.....
(podpis i pieczęć Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć firmy Wykonawcy)

....., data.....

WYKAZ Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom

Lp.	Rodzaj powierzonej części zamówienia	Wartość powierzonej części zamówienia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(pieczęć firmy Wykonawcy)

....., data.....

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –
zgodnie z wymaganiami SIWZ**

Zamawiający	Przedmiot zamówienia	Data wykonywania (data zakończenia)	Wartość zamówienia

.....
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Wzór umowy

zawarta dniar. w Krapkowicach pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, NIP 1990080635, REGON 160213499,

reprezentowana przez:

Marcina Misiewicz - Prezesa Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
zwanym dalej „Dostawcą”.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę dwóch aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników dla potrzeb Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym nr 8/X/2015 stanowiącą integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada na dostarczone przez niego aparaty USG atesty oraz pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej objętej przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

1. Aparaty USG zostaną dostarczone, zamontowane i uruchomione w Szpitalu w Krapkowicach na Os. XXX lecia 21 w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
2. Usługi montażowe obejmują rozpakowanie, wniesienie, ustawienie wewnątrz systemowe okablowanie składników aparatów oraz podłączenie do przygotowanych przewodów zasilania, jak również pierwsze uruchomienie.
3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przygotowania pomieszczeń umożliwiających prawidłowy montaż aparatów, z uwzględnieniem ewentualnych wymogów specyficznych według wytycznych Wykonawcy, na własne ryzyko i koszt.
4. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli aparaty USG dotrą na ustalone miejsce w określonym wyżej terminie, zostaną tam rozpakowane, ustawione i podłączone a ich prawidłowe działanie zostanie zaprezentowane Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi.
5. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru, który zostanie podpisany przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcę i będzie zawierał wszystkie ewentualne zastrzeżenia. Po całościowym zamontowaniu i uruchomieniu aparatów USG, dokonany zostanie odbiór ostateczny. Zamawiający otrzymuje kopię protokołu, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie racjonalnej obsługi aparatów USG po jego protokołarnym ostatecznym odbiorze i uruchomieniu. Protokół szkolenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej pomocy celem wdrożenia przesyłania zdjęć USG w formacie DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemu szpitalnego MEDICOM.

§3

1. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie racjonalnej obsługi aparatu USG po jego protokołarnym ostatecznym odbiorze i uruchomieniu. Przeszkolenie obejmuje nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) osób i odbywać się będzie w trzech etapach:
I Etap – 2 dni robocze szkolenia maksymalnie 10 osób niezwłocznie po dacie ostatecznego odbioru i uruchomieniu aparatu USG.
II Etap – 1dzień roboczy szkolenia maksymalnie 10 osób w terminie 1,5 do 2 miesięcy od daty ostatecznego odbioru i uruchomienia aparatu USG.
III Etap – w terminie 6 miesięcy zapewnienie kursu specjalizacyjnego dla 2 lekarzy Zamawiającego organizowanego przez specjalistyczną placówkę uzgodnioną z Zamawiającym.
2. Wykonawca przeszkoli na własny koszt, w terminie 3 miesięcy od daty uruchomienia aparatu USG, dwie wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie podstawowej obsługi serwisowej aparatu. Osoby te będą uczestniczyć także w pracach związanych z montażem i uruchomieniem aparatu.

§4

1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia aparatów USG, za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, przechodzi wraz z ich odbiorem lub zaistnieniem zdarzeń równoznacznych z odbiorem na Zamawiającego.
2. Wykonawca ubezpiecza aparaty USG do momentu przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia na Zamawiającego. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy przy wyjaśnianiu szkody, w szczególności przy stwierdzeniu przyczyny szkody i sprawcy/

§5

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości brutto..... (słownie :.....)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 60 dni od daty podpisania ostatecznego odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
3. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.
4. Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

1. Wykonawca udziela na dostarczone aparaty USG miesięcznej gwarancji.
2. Dokument gwarancji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Wszelkie wady aparatu zgłaszane będą Wykonawcy pisemnie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy i bieżący serwis gwarantujące poprawne funkcjonowanie aparatu.
5. Wykonawca zapewnia wykonanie ostatniego kompleksowego przeglądu gwarancyjnego na 1 miesiąc przed terminem zakończenia gwarancji.
6. Wszelkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona najpóźniej w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, licząc od dnia zgłoszenia usterki, przy czym reakcja na zgłoszenie w ciągu 1 dnia roboczego.
7. W przypadku, gdy okres naprawy przekroczy termin, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba, że na ten czas Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż uszkodzone urządzenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy spowodowana niesprawnością urządzenia szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości aparatu za każdy dzień opóźnienia, jeżeli aparat USG nie zostanie dostarczony lub zamontowany w sposób umożliwiający jego prawidłowe działanie w terminie określonym w par. 2 ust. 1, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

§8

1. Wykonawca udostępnia części zamiennie własnej produkcji po cenach hurtowych przez okres co najmniej 10 lat od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. Jeśli Wykonawca zamierza zaniechać produkcji lub utrzymywania zapasów części zamiennych, zobowiązany będzie do zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może kupić po cenie hurtowej na zapas przewidywaną ilość części zamiennych na przewidywany okres użytkowania. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej pomocy przy ustalaniu jego zapotrzebowania.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony nieograniczonej i nie wyłącznej licencji na używanie oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy. Udzielona Zamawiającemu licencja nie może być przez Wykonawcę wypowiedziana. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do udzielania licencji na wymienione oprogramowanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich uaktualnień używanego przez niego oprogramowania (upgrade) o ile tylko takie powstaną.
3. Wynagrodzenie za udzielone licencje i oprogramowania wraz z uaktualnieniami (upgrade) zawarte jest w cenie urządzenia..

§10

Umowa została zawarta w oparciu o tryb „przetargu nieograniczonego” art.10, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 907 ze zm.)

§11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Znak sprawy: PN 8/X/2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zał. Nr 2 - formularz cenowy
Zał. Nr 3 - protokół odbioru przedmiotu umowy
Zał. Nr 4 - protokół szkolenia
Zał. Nr 5 - gwarancja