



KCZ/ORG/ZM/14 /07/2026

Krapkowice, 03.07.2026 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę nici chirurgicznych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- znak sprawy ZO/5/2026

Pytanie 1

Część nr 1, poz.13-18

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, barwiony, niewchłaniający, jednowłóknowy, wykonany z polipropylenu bez polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłaniający, pleciony, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 21 dniach i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 60-90 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Część nr 3, poz. 1-3,5

Czy Zamawiający dopuści długość podwiązki 2 x 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Część nr 3,6,7

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Część nr 6, poz.1-13

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, barwiony, wykonany z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany mieszaną poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 60-70 dni, bez diocyanu chlorheksydyny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Część nr 6, poz.1

Czy Zamawiający dopuści nić pakowaną pojedynczo o długości 75cm z odpowiednim przeliczeniem ilości szaszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Część nr 7, poz.1-12

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny monofilament kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, syntetyczny, wchłaniający o okresie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Część nr 7, poz.8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30mm 1/2 koła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Część nr 7, poz.10,12

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy § 5 projektu umowy:

Czy dla pakietu nr 9 Zamawiający dopuści faktury wystawiane wyłącznie w formacie PDF w przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury w formacie *.FAK? Dodam, że obecnie realizujemy zamówienia dla Państwa Placówki w ramach wolnej ręki i faktury dostarczamy drogą mailową w formacie PDF. (jako spółka zagraniczna nie podlegamy obowiązkowi korzystania z KSeF.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy § 5, punkt 1 projektu umowy:

Czy dla pakietu 9 Zamawiający odstąpi od wymogu zbiorczej faktury VAT za dany miesiąc kalendarzowy na rzecz fakturowania po każdym złożonym zamówieniu? Dodam, że obecnie realizujemy zamówienia dla Państwa Placówki w ramach wolnej ręki i faktury dostarczamy każdorazowo po zrealizowanym zamówieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie po każdym złożonym zamówieniu.

Pytanie 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - b) w wysokości **0,5%** wartości zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - c) w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 7 dni kalendarzowych Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości **5%** wartości zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia lub obciążyć Wykonawcę kosztami i różnicą ceny towaru zamawianego, w związku z koniecznością zamówienia towaru u innego Dostawcy. Przy czym wysokość kary za opóźnienie nie może przekroczyć wartości zamówienia niezrealizowanego w terminie.
- a) w wysokości **0,5%** wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad;

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23. Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizację kontraktu, jednocześnie naruszając równowagę kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

PREZES ZARZĄDU
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. A/a,
2. Wykonawca zadający pytanie,
3. Strona internetowa Zamawiającego.