



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 9/XII/2015

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część XII zamówienia

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy, anestetyczny jednorazowego użytku, składający się z trzech rur karbowanych z pamięcią kształtu o średnicy 22mm z czego: dwie rury / wdech i wydech / o regulowanej długości od 50-60 cm do 200 cm po rozciągnięciu, elastyczne końcówki od strony urządzenia 22F umożliwiające szczelne dopasowanie, dodatkowa rura do worka od ok. 50-60 cm do 150 cm ze złączem 22mmF od strony aparatu a z drugiej z zintegrowanym łącznikiem 22mmM-22mmM pasującym do worka oddechowego, łącznik typu Y, łącznik kątowy z portem luer –lock zabezpieczony oddzielnym koreczkiem, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w części nr V, pozycja nr 1 dopuści glukometr, który posiada:

- 1) oznaczenie glikemii tylko z krwi włosniczkowej?
- 2) zakres pomiaru: dolna granica zakresu - $\leq 20\text{mg/L}$; górna granica zakresu - $\leq 600\text{ mg/dL}$?
- 3) objętość krwi $0,7\mu\text{l}$?
- 4) zakres hematokrytu 20-60%?
- 5) czas pomiaru 7s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w części nr V, pozycja nr 1 wymaga glukometr, który posiada:

- 1) płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta? Ważny po otwarciu 6 miesięcy?
- 2) bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem?
- 3) dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru, płynów kontrolnych oraz pasków testowych w języku polskim?
- 4) aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
- 5) aby termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany glukometr pod warunkiem dostarczenia roztworów płynu kontrolnego (3szt) na trzech poziomach oraz pasków testowych pakowanych po 25 szt. w fiolce.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w części nr V, pozycja nr 1 dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzeczną stronę paska „na przetrzał”? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie komory zasysającej z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania z pasywnej części paska i może spowodować dla szpitala zużycie większej ilości pasków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5**Część X poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przyssawkowych o średnicy 24 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6**Część X poz. 2,3,12,18**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7**Część X poz. 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pasa o wymiarach 3,2 x 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdże Tel.