



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 9/XII/2015

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w części 4 poz. 1 kaczkę medyczną jednorazowego użytku o poj. 875 ml odporności na przesiąkanie 4 h.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Część XVIII zamówienia – „Siatki 2”.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w części XVIII zamówienia jednorazowy zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z: taśmy wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniającej, w plastikowej osłonce (co zapewnia sterylność i obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm w celu lepszego pozycjonowania); szer. 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), dł. 45 cm ($\pm 0,5$ cm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$), na końcach taśmy długie pętle o wzmocnionej grubości nici w celu mocowania do narzędzia

+ 4 narzędzia wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, dwie igły do drogi przeżaslonej, dwie do drogi zasłonej. W przypadku dopuszczenia do postępowania i ewentualnego wygrania, narzędzia prześlemy nieodpłatnie w wymienionej ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Część XXIII zamówienia – „Sprzęt medyczny 1”.

W celu podniesienia konkurencyjności postępowania czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części XXIII zamówienia pozycje nr 1 oraz 3 ? Jeżeli tak, to składowy następujące zapytania do pozycji nr 2, 4 oraz 5.

Pozycja 2. do części XXIII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pozycji nr 2 jednorazowy zestaw do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z: taśmy wykonanej ze 100% polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniającej, w plastikowej osłonce (co zapewnia sterylność i obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm w celu lepszego pozycjonowania); szer. 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), dł. 45 cm ($\pm 0,5$ cm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$), na końcach taśmy długie pętle o wzmocnionej grubości nici w celu mocowania do narzędzia

+ 2 narzędzia wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do zakładania techniką „in-out” i „out-in”. W przypadku dopuszczenia do postępowania i ewentualnego wygrania, narzędzia prześlemy nieodpłatnie w wymienionej ilości.

Pozycja 4. do części XXIII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pozycji nr 4 system do naprawy zaburzeń statyki dna miednicy, naprawa rectocele (plastyka tylnej ściany pochwy), system jednorazowy, o fabrycznie przygotowanym wykreju siatki, implant posiada 2 punkty mocowania (ramiona), każde w plastikowej osłonce (obniżającej traumatyzację tkanek podczas przeciągania); siatka wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego, niewchłaniająca, o gramaturze 45 g/m² ($\pm 5\%$), grubości siatki 34 mm ($\pm 0,05$ mm), i grubości nici 0,15 mm (co zwiększa wytrzymałość na rozciąganie we wszystkich kierunkach)

+ 2 narzędzia wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do zakładania siatki.

Pozycja 5. do części XXIII. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pozycji nr 5 system do naprawy zaburzeń statyki dna miednicy, naprawa cystocele (plastyka przedniej ściany pochwy), system jednorazowy, o fabrycznie przygotowanym wykończeniu siatki, implant posiada 4 punkty mocowania (ramiona), dwa przedłonowe ramiona stabilizujące i dwa ramiona przezasłanowe, każde w plastikowej osłonce (obniżającej traumatyzację tkanek podczas przeciągania); siatka wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego, niewchłaniająca, o gramaturze 45 g/m² (± 5%), grubości siatki 34 mm (± 0,05 mm) i grubości nici 0,15 mm (co zwiększa wytrzymałość na rozciąganie we wszystkich kierunkach)

+ 2 narzędzia wielokrotnego użytku (igły helikalne, charakteryzujące się dwupłaszczyznowym wygięciem igły, prawa + lewa), 1 szt. igły przedłonowej oraz 1 szt. igły półkolistej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części XXIII zamówienia pozycji 1 i 3.

Pozycja 2, 4 oraz 5 zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dot. części XVI

Wnosimy o umożliwienie składania ofert na staplery, które były już przedmiotem dostaw do KCZ w ramach zamówienia publicznego, o następujących parametrach :stapler okrężny w rozmiarze 25, 28 ,31, 33 mm (stapler 25mm przeznaczony do operacji na przełyku), kontrolowany docisk tkankowy (1,0-2,0mm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane staplery.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego