



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , nr postępowania 9/XII/2015

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.12.2015r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część XIIX zamówienia

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Jednorazowa, sterylna, laserowo docięta taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Brzeży taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce lub bez.

W zestawie znajdują się narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły. Oferujemy igły do metody przezskłonowej i załonowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy części 24

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia: "Zestaw do przednich resekcji, w skład którego wchodzi następujące elementy:

- a. Jednorazowy stapler liniowy o dł. linii szwów 45mm, przeznaczony do zabiegów kolorektalnych, zwłaszcza w przedniej niskiej resekcji, z niskoprofilową głowicą ułatwiającą aplikację w wąskiej miednicy, zawierającego ładunek do tkanki standardowej lub grubej. Zszywka wykonana z drutu tytanowego obustronnie spłaszczona w technologii DST zapewniającej prawidłowe formowanie zszywek na grubej i zmienionej chorobowo tkance (Zamawiający określi wysokość ładunku przy składaniu zamówienia),
- b. Jednorazowy instrument kompatybilny z systemem zamykania naczyń LigaSure z opcją cięcia do zabiegów klasycznych, długość przyplaszczanego obustronnie trzonu - 18cm, zakrzywione bransze w kształcie disektora, długość bransz 36mm, długość cięcia 34mm, rotacja trzonu 180°, aktywacja ręczna. Narzędzie współpracujące z platformą elektrochirurgiczną Force Triad będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy części 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania wszystkich wymienionych poniżej produktów równoważnie dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia.

Poz. 1 - Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Poz. 2 - Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Poz. 3 - Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Poz. 4 - Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowskie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 2.385.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUNICHO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel.