



KCZ/ORG/ZM/105 /01/2020

Krapkowice, dnia 15.01.2020r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę siatek i staplerów dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 1/I/2020

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.01.2020r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

dotyczy części 12 pozycja 1

Ze względu na brak gramatury, Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wymaga proszku hemostatycznego pochodzenia roślinnego o gramaturze min 2g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga proszku hemostatycznego pochodzenia roślinnego o gramaturze min 2g.

Pytanie 2

dotyczy części 12 pozycja 2

w opisie przedmiotu Zamówienia brakuje rozróżnienia na aplikatory do proszku hemostatycznego do wyboru w dwóch rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego: aplikator zwykły 12 cm +/- 1 cm oraz aplikator laparoskopowy o długości 40 cm +/- 1 cm. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o informację, czy Zamawiający wymaga tych dwóch różnych długości w zależności od potrzeb lub który aplikator uzna za uniwersalny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aplikatora laparoskopowego o długości 40 cm +/- 1 cm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 pozycja 3 dopuści siatkę o średnicy 8,2cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Część 8, Czy Zamawiający dopuści siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m². Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. Rozmiary siatek pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Część 13, Czy w pozycji 1 zamiast siatki w rozmiarze 20 x 30 cm, Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 15 cm lub 30 x 30? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego