



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/ 48 /05/2024

Krapkowice 15.05.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę myjni dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - znak sprawy ZO/7/2024

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 650 cm x 700 cm x 1850 cm (szerokość, głębokość, wysokość)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające wywiew z myjni o średnicy DN 63mm, średnicy odpływu DN 40mm i przyłączach wody o średnicy 3/4 cala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej pobieranej mocy 11,4 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marcin Mielnicz

Do wiadomości:

1. A/a
2. strona www.kcz.krapkowice.pl