



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/72/06/2020

Krapkowice, dnia 15.06.2020r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pt. „Opolska Matka i Dziecko (region południowy)”, znak sprawy ZO/5/2020

Zamawiający -Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.06.2020r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści elektrostymulator do ćwiczeń dna miednicy wraz z elektrodami o parametrach technicznych:

Dwukanałowe urządzenie terapeutyczne do elektrostymulacji mięśni krocza przy użyciu sond dopochwowych lub doodbytniczych.

Moc wyjściowa: 1 do 60 mA w krokach co 1 przy standardowym obciążeniu 1 kΩ.

Częstotliwość – regulowana od 1 do 150 Hz (1-2-3-4-5-10--12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150) ± 5% błąd standardowy

Częstotliwość w trakcie odpoczynku – 3 Hz (± 5% błąd standardowy)

Szerokość impulsu – regulowana od 50 do 400 μs w krokach co 10 (± 5% błąd standardowy)

Wyjściowy kształt fali: wybierany spośród „dwufazowe impulsy symetryczne” i „dwufazowe naprzemienne impulsy symetryczne”.

Czas NARASTANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy)

Czas STABILIZACJI - 1 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy)

Czas OPADANIA - 0 do 5 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy)

Czas ODPOCZYNKU - 0 do 60 s w krokach co 1 s (± 1% błąd standardowy)

Częstotliwość ODPOCZYNKU - 0 do 10 Hz (± 1% błąd standardowy)

Napięcie zasilania: 4,5 V zapewniane przez 3 baterie alkaliczne 1,5 V typu AAA (LR03);

Okres eksploatacji baterii: średnio 20 godzin (zależy od programu i ustawionego poziomu mocy);

Czas trwania sesji: wybierany od 5 do 90 min w krokach co 5 (±1 min błąd standardowy) lub ciągły (Continuous)

Bezpieczeństwo elektryczne: Zasilacz wewnętrzny zgodny z CEI 62-5 IEC 601-1 (edycja 3a)

Całkowite wymiary: 73x147x25 mm

Masa: Około 0,2 kg (w tym baterie)

Podatność elektromagnetyczna: Klasa B zgodnie z CISPR 11

Ilość programów: 51 domyślnych podzielonych na 5 grup wg. Zastosowania + 10 programów własnych

Ekran dotykowy LCD

Wyrób medyczny klasy IIa, Certyfikat CE 93/42/CEE

ELEKTRODA DOPOCHWOWA:

Sonda dopochwowa do leczenia mięśni dna miednicy mniejszej za pomocą elektrostymulacji oraz metody biofeedback EMG

- Kształt: 2 jednakowe symetryczne kule o powierzchni 2 x 12 cm².
- Metalowe elektrody sondy pokryte warstwą złota (brak niklu).
- Szttywny uchwyt ułatwiający wkładanie i wyciąganie sondy.
- Długość całkowita: 120 cm, waga: 22 g.
- Wyrób medyczny klasy IIa, Certyfikat 93/42/EEC.
- Stosowana z urządzeniem do elektrostymulacji mięśni krocza z przewodem zakończonym złączem pin 2mm i z emisją symetrycznych impulsów dwufazowych.



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga elektrostymulatora do ćwiczeń mięśni dna miednicy wraz z elektrodami o parametrach technicznych podanych wyżej.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie części 3 zamówienia.

Zmodyfikowane załączniki stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz