



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/30/10/2014

Krapkowice, dnia 22.10.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie aparatu RTG, nr postępowania 11/X/2014

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że do dnia 21.10.2014 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Dot. parametrów technicznych

II. Konsola technika – 1 szt.

Pkt. 8 Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania bez możliwości przeszukiwania badań po rodzaju badania ?

Oferowane przez nas oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie listy pacjentów m. in. po imieniu i nazwisku pacjenta, dacie wykonania badania, nr badania, numerze pacjenta. Są to kryteria najczęściej stosowane w praktyce i zgodne ze standardem Dicom..

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oprogramowania bez możliwości wyszukiwania badań po rodzaju badania.

Pytanie 2

III. Kasety i płyty obrazowe

Prosimy o doprecyzowanie czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska, a wymagane przez Zamawiającego kasety mają być wykorzystywane do badań ogólnodiagnostycznych, a nie mammograficznych ?

Odpowiedź:

Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga dostarczenia kaset ogólnodiagnostycznych, a nie mammograficznych, co również zostało potwierdzone w treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 3

System archiwizacji obrazów

Pkt. 52. Możliwość nagrywania, za pomocą automatycznego „duplikatora”, płyt CD/DVD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG wraz z opisami) i przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w w/w punkcie wymaga również dostarczenia urządzenia do nagrywania płyt CD/DVD - „duplikatora”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzenia „duplikatora”.

Pytanie 4

Dot. 36 System jest zgodny z normą CE 93/42/EEC i spełnia wymagania wyrobu medycznego w klasie IIa.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy systemu RIS, który zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010r. rozporządzeniem MZ w sprawie kwalifikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższy zapis nie dotyczy systemu RIS.

Pytanie 5

a) Czy Zamawiający jest w posiadaniu systemu HIS? Jeśli tak to prosimy o podanie producenta tego systemu.

b) Czy Zamawiający pokryje koszty leżące po stronie producenta systemu HIS?

Odpowiedź:

a) Zamawiający posiada oprogramowanie MEDICOM firmy MEDINET.

b) Zamawiający nie pokryje kosztów leżących po stronie producenta HIS. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kompleksowego rozwiązania zgodnie z SIWZ uwzględniającego wszelkie z tym związane koszty.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 1.885.000,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel. 774075020