



KCZ/ORG/ZM/145/10/2014

Krapkowice, dnia 24.10.2014r.

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ucyfrowienie aparatu RTG, nr postępowania 11/X/2014**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że do dnia 23.10.2014 r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

**I. dot. Załącznika Nr 2 do SIWZ „Parametry techniczne”:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Wymagania ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia serwera RIS/PACS? Jeśli nie, to czy Zamawiający dysponuje odpowiednim sprzętem i może podać jego parametry? Jeśli tak, prosimy o podanie wymagań dotyczących serwera.<br>Odpowiedź:<br>TAK, wymaga dostarczenia serwera.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu do systemu, w szczególności:</b><br><b>1. definiowanie grup użytkowników</b><br><b>2. definiowanie użytkowników</b><br><b>3. kopiowanie praw dostępu między konfiguracjami</b><br><b>4. przydzielanie użytkowników do modułów i funkcji z możliwością rozróżnienia praw odczytu i zapisu</b> |
| Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści model uprawnień oparty na ograniczeniu dostępu poszczególnych funkcjonalności, znacznie lepiej dopasowany do potrzeb interfejsu użytkownika oferowanego systemu.<br>Odpowiedź:<br>Zamawiający dopuszcza taką możliwość.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>System pracuje w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników min. XP lub nowszym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w architekturze Klient/Serwer, gdzie serwer bazuje na systemie LINUX, a klientem jest system Windows? Takie rozwiązanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa przy niższych kosztach utrzymania i zakupu.<br>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.</b>                                                                                                                                                                              |
| Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści system posiadający funkcjonalność szczegółowej historyzacji zmian w danych badania i pacjenta wraz z możliwością sprawdzenia i przywrócenia danych historycznych dla uprawnionych użytkowników?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System posiada mechanizmy blokowania rekordów pacjenta (w trakcie pracy jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla pozostałych użytkowników rekord ten dostępny jest tylko do odczytu)                                                                                                                                        |
| Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści system posiadający mechanizmy blokowania rekordów badania wraz z informacją przez kogo badanie jest aktualnie edytowane?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System ma możliwość za pomocą praw dostępu, umożliwić edycję danych tylko użytkownikowi, który jest autorem wpisu.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający edycję danych tylko użytkownikowi, który jest autorem w zakresie opisu badania? Opis badania ma znaczenie z punktu widzenia medycznego, natomiast pozostałe dane, jak np. dane ze skierowania mogą i powinny być edytowane przez uprawnionych pracowników administracyjnych.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System umożliwia zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi):<br>- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM -druga polska edycja,<br>- Klasyfikacja chorób wg ICD - rewizja 10,<br>- Słownik Kodów Terytorialnych GUS,<br>- Słownik miejscowości,<br>- Słownik kodów pocztowych,<br>- Słownik ulic,<br>- Słownik zawodów |
| Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści system nie posiadający słownika zawodów?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System umożliwia zarządzanie słownikami standardowymi (ogólnopolskimi):<br>- Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9 CM -druga polska edycja,<br>- Klasyfikacja chorób wg ICD - rewizja 10,<br>- Słownik Kodów Terytorialnych GUS,<br>- Słownik miejscowości,<br>- Słownik kodów pocztowych,<br>- Słownik ulic,<br>- Słownik zawodów |
| Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w których wszystkie przechowywane w systemie słowniki są przechowywane w najaktualniejszej dostępnej wersji?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | System posiada wewnętrzny komunikator umożliwiający komunikację pomiędzy aktywnymi komputerami i aktywnymi użytkownikami zalogowanymi do systemu.                                                                                                                                                                                                 |
| Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści System nie posiadający tego rozwiązania?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Możliwość tworzenia przez administratora indywidualnych druków (formularzy) z danymi pobieranymi bezpośrednio z bazy danych                                                                                                                                                                                                                       |
| Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym indywidualne druki (formularze) są konfigurowane na etapie wdrożenia i aktualizowane w ramach utrzymania? Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie prawidłowych wydruków w świetle obowiązanych rozporządzeń.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Dotyczy: System archiwizacji obrazów:**

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pytanie 11. Czy Zamawiający rozumie przez ten punkt bazę danych wszystkich przesłanych do systemu PACS obrazów (oczywiście zawierających dane pacjentów w nagłówkach DICOM)?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Tak</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line</b>                                                                                                                                                                 |
| Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści system tworzący kopię bezpieczeństwa badań na bieżąco (wg wskazanego harmonogramu)? Takie rozwiązanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie po warunkiem możliwości ustalenia harmonogramu p rzez upoważnionych pracowników Zamawiającego.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści system ostrzegający użytkownika przed zmianą danych pacjenta posiadającego obrazy na PACS?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Możliwość zdefiniowania czasu po upływie którego badanie zostanie przeniesione z pamięci podręcznej do archiwum off-line</b>                                                                                                                                                                                              |
| Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści system tworzący kopię bezpieczeństwa badań na bieżąco (wg wskazanego harmonogramu)? Takie rozwiązanie zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie po warunkiem możliwości ustalenia harmonogramu p rzez upoważnionych pracowników Zamawiającego.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Progresywne wyświetlanie obrazów. Szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych, aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości.</b>                                                                                                |
| Pytanie 15. Czy zamawiający dopuści system umożliwiający dostęp do obrazów w niskiej rozdzielczości oraz osobno do obrazów diagnostycznych?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pełna integracja systemu z oprogramowaniem zainstalowanym na lekarskich stacjach opisowych, tzn. musi istnieć możliwość automatycznego uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu opisu badania (RIS) z automatycznym wczytaniem obrazu w jakości diagnostycznej na monitorach diagnostycznych stacji lekarskiej</b> |
| Pytanie 16. Prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowania, z którym ma być zapewniona funkcja integracji opisana powyżej.<br><b>Odpowiedź</b><br><b>Odpowiedź Zamawiającego z dnia 22.10.2014r.</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### **Dotyczy: System RIS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów określających postęp w wykonaniu badania (np. w trakcie badania, do opisu, do weryfikacji itp.)</b> |
| Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające określenie rodzajów i ilości statusów na etapie wdrożenia?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod ustalania statusów i ich ilości należeć będzie do Zamawiającego.</b> |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania RTG z konsoli CR, DR do systemu RIS, a także możliwość ręcznego wprowadzania tych danych bezpośrednio do systemu RIS</b> |
| Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający ręczne wprowadzanie danych ekspozycji badania?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po przypisaniu materiałów do badania</b>                                                                                        |
| Pytanie 19. Czy w związku z tym, że w punkcie 104 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie rejestrujące faktyczne zużycie materiałów Zamawiający zrezygnuje z tego punktu lub dopuści system umożliwiający generowanie zbiorczych statystyk zużycia materiałów?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                |                                                                                                                                                                                  |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Możliwość przeglądania i analizy stanów magazynowych pracowni</b>                                                                                                             |
| Pytanie 20. Czy w związku z tym, że w punkcie 104 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie rejestrujące faktyczne zużycie materiałów Zamawiający zrezygnuje z tego punktu lub dopuści system umożliwiający generowanie zbiorczych statystyk zużycia materiałów?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                |                                                                                                                                                                                  |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Możliwość przeprowadzania remanentów w magazynach pracowni</b>                                                                                                                |
| Pytanie 21. Czy w związku z tym, że w punkcie 104 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie rejestrujące faktyczne zużycie materiałów Zamawiający zrezygnuje z tego punktu lub dopuści system umożliwiający generowanie zbiorczych statystyk zużycia materiałów?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b>                                |                                                                                                                                                                                  |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Możliwość tworzenia formularzy zleceń i wyników odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej</b>                                       |
| Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w formularze są konfigurowane i tworzone wg wytycznych Zamawiającego na etapie wdrożenia i aktualizowane w ramach utrzymania systemu? Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie prawidłowych wydruków w świetle obowiązanych rozporządzeń.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Zamawiający nie wyraża zgody.</b> |                                                                                                                                                                                  |

#### **Dotyczy: Integracja z systemem HIS:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Integracja dostarczanego systemu RIS/PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7 lub/ oraz z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych. Integracja musi zapewnić przesyłanie danych zleceń z systemu HIS do systemu RIS/PACS oraz przesyłania wyników badań opisowych i obrazowych z systemu RIS/PACS do systemu HIS. Jeśli integracja będzie realizowana w standardzie HL7 muszą być wykorzystane komunikaty minimum ORM, ORU i ADT.</b> |
| Pytanie 23. Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta systemu HIS. Czy koszty związane z wykonaniem integracji i zakupem niezbędnych licencji, leżące po stronie dostawcy systemu HIS, mają być zawarte w ofercie? Jeśli tak, to czy Szpital dysponuje ofertą dostawcy systemu HIS, wspólną dla wszystkich oferentów, na wykonanie takiej integracji?<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Medicom, producent Medinet Opole. Zamawiający nie dysponuje ofertą wspólną dla wszystkich</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dostawców. Koszty integracji leżą po stronie Dostawcy RIS/PACS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>128</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Integracja dostarczanego systemu RIS/PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7 lub/oraz z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych. Integracja musi zapewnić przesyłanie danych zleceń z systemu HIS do systemu RIS/PACS oraz przesyłania wyników badań opisowych i obrazowych z systemu RIS/PACS do systemu HIS. Jeśli integracja będzie realizowana w standardzie HL7 muszą być wykorzystane komunikaty minimum ORM, ORU i ADT.</b> |
| Pytanie 24. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji systemu HIS związanej z integracją z systemami zewnętrznymi? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie tej dokumentacji dla wszystkich potencjalnych Oferentów.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>Nie, Wszyscy potencjalni oferenci mogą ustalić bezpośrednio z producentem HIS możliwość integracji i kosztów.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>138</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dostęp z systemu RIS/PACS do wszystkich badań gromadzonych w systemie HIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pytanie 25. Czy system HIS Zamawiającego posiada funkcjonalność udostępniania wszystkich gromadzonych badań systemom zewnętrznym? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie tego punktu.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>System posiada techniczne możliwości do wymiany z programami zewnętrznymi.</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>139</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dostęp z systemu RIS/PACS do pełnej historii leczenia pacjenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pytanie 26. Czy system HIS Zamawiającego posiada funkcjonalność udostępniania pełnej historii leczenia pacjenta systemom zewnętrznym? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie tego punktu.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>System posiada techniczne możliwości do wymiany z programami zewnętrznymi.</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>140</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Dostęp z systemu RIS/PACS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu umówienie na badanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pytanie 27. Czy system HIS Zamawiającego posiada funkcjonalność udostępniania dostępu do rejestru pacjentów systemom zewnętrznym? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie tego punktu.<br><b>Odpowiedź:</b><br><b>System posiada techniczne możliwości do wymiany z programami zewnętrznymi.</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **II. dot. Wzoru Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ:**

### **1. Dot. §6 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:**

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień ~~opóźnienia~~ **zwłoki** w wykonaniu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, jeśli przyczyny odstąpienia leżą po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**oraz o dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:**

„4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi ze Wykonawcy na Kupującego,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego