



KCZ/ORG/ZM/239/12/2019

Krapkowice, dnia 27.12.2019r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 15/XII/2019

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2019r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Część 22,

Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy naczyniowe amerykańskiego producenta o następujących parametrach technicznych. Proteza naczyniowa PTFE o dwuwarstwowej strukturze ściany o grubości 0,58 mm.

Przeznaczona do użytku w tętniczej rekonstrukcji naczyniowej, w odcinkowym przepływie omijającym oraz do dostępu tętniczo-żylnego. Prosta o rozmiarze 4-6 mm i długości 45 cm lub zwężana o rozmiarze 45 cm do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużenie terminu realizacji dostawy na cito do 24h?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na ww. pytanie w odpowiedziach z dnia 20.12.2019r., odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu udostępnienia na czas obowiązywania umowy faktury w wersji elektronicznej w formacie DATA-FARM?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje fakturę elektroniczną w formie pdf?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zadanie 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki medycznej jednorazowego użytku o poj 875 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Zadanie 3, poz. 1-5:

Czy Zamawiający oczekuje wyrobów wykonanych z masy celulozowej o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Zadanie 4, poz. 1:

Czy nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli objętość próbki krwi nie większej niż 0,8 ul?

Odpowiedź:

Tak ma być objętość próbki krwi nie większa niż 0,8 ul.

Pytanie 8**Zadanie 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga roztworów kontrolnych na trzech poziomach (niski, normalny, wysoki) co w pełni pozwoli Zamawiającemu na całościowe monitorowanie pracy systemu? Zestaw roztworów: każdy w osobnej fiolce, przydatnych do użytkowania po otwarciu przez okres 6 miesięcy, co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiolki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniem się roztworu po otwarciu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 9**Zadanie 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje opakowania pasków do glukometru pakowanych w dwóch fiolkach zawierających po 25 sztuk pasków, łącznie 50 sztuk w opakowaniu? Każda fiołka z paskami ważna przez pół roku od otwarcia fiolki, co pozwoli na pełne wykorzystanie wszystkich pasków.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Zadanie 8 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki do stosowania z przyrządem PCD w opakowaniach po 100 sztuk? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 8 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Zadanie 8 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kontrolujące skuteczność mycia mechanicznego w jednej płaszczyźnie, w opakowaniach po 200 sztuk? Wraz z pierwszą dostawą dostarczymy kompatybilny przyrząd.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie liczby zamawianych wyrobów w poz. nr 2 części nr 23 – sonda gastryczna podświetlana. Czy należy ją rozumieć jako 1 zestaw składający się z 10 sztuk sond i 1 sztuki źródła światła ?

Odpowiedź:

Należy rozumieć jako 1 zestaw składający się z 10 sztuk sond i 1 sztuki źródła światła

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego