



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr postępowania: ZO/6/2020.

Dotyczy punktu IV, ppkt. C) zapytania ofertowego

Pytanie 1

Dotyczy punktu IV, ppkt. C) zapytania ofertowego

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron. Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Oferentów, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą zostanie wezwany do złożenia wymaganej dokumentacji.

Pytanie 2

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu, ani na złożenie oświadczenia Oferenta, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

Odpowiedź:

j.w

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 3

Dot. całej tabeli. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie i wycenę innej wielkości opakowań w odpowiednim przeliczeniu całkowitej ilości przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy niepełne ilości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnych czy należy ich ilość podać z dokładnością do 20ch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na inną wielkość opakowania, jeżeli jest zgodna z ilością zamawianą. Zamawiający nie wyraża zgody na zaokrąglanie ilości w przypadku materiałów jednorazowych.

Pytanie 4

Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgadza się na op.=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dot. poz. 4 Czy Zamawiający zgadza się na op.=250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż cała specyfikacja dotyczy 200 szt./rok

Pytanie 6

Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgadza się na op.=1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku końcówek niebieskich, jest to zbyt duże opakowanie do jednorazowego rozdysponowania na stanowiska laboratoryjne.

Pytanie 7

Dot. poz. 10 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli pozostałe parametry będą bez zmian.

Pytanie 8

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na op=30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dot. poz. 13 i 14 Opis produktu pochodzi z cennika firmy Medlab-Products. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wymóg zaofiarowania wyrobów z lejkiem, sterylnych spełnia tylko jeden Wykonawca na rynku, którym jest firma Medlab-Products? Wymóg zaofiarowania produktów z lejkiem, sterylnych oznaczać to będzie, że tylko firma Medlab będzie mogła złożyć ofertę na pakiet I. Wspomniany Wykonawca bowiem jest jedynym producentem probówek do mikrometody z lejkiem, sterylnych, a jego praktyki rynkowe uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie wyrobów pochodzących z oferty tej firmy. Bowiem sama firma Medlab w jednym z postępowań przetargowych, stwierdziła:

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.". Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach, w których pojawiają się wyroby wytwarzane przez firmę Medlab.

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający dopuszcza probówki bez lejka, niesterylne?

Jeśli nie i Zamawiający musi kupić wyspecyfikowane produkty, to prosimy o usunięcie pozycji z pakietu, gdyż produkty te Zamawiający może kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.

Odpowiedź:

Firma Profilab nie zapoznała się dokładnie z opisem punktu 13 i 14-go, gdyż żaden z nich **nie zawiera wymogu sterylności**, a więc nie wskazuje jednoznacznie producenta.

Pytanie 11

Dot. poz. 13 Czy Zamawiający zgadza się na probówkę do wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z żelem i przyspieszaczem wykrzepiania, z kapilarą na 200 µl krwi w opakowaniu po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dot. poz. 14 Czy Zamawiający dopuści probówkę do hematologii, z EDTAK2, na 100 ul krwi, z przebijalnym korkiem, z kapilarą w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgadza się na wys. próbówki 103 mm.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje próbówki z PS czy PP?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje próbówki PS.

Pytanie 15

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie próbek i korków na dwie osobne pozycje i wycenę w dwóch wierszach? Motywujemy to faktem, że dwa produkty nie powinny być wyceniane w jednej pozycji, gdyż powoduje to konieczność zawyżenia ceny jednego z nich (koszty pozyskania produktów są różne) oraz nieporozumienia w zakresie realizacji zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dot. poz. 16 Czy Zamawiający zgadza się na próbówki 12x75 mm o poj. 4 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 2,3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Dot. poz. 24 Czy Zamawiający dopuści próbkę o poj. 3,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli próbki są zgodne z opisem.

Pytanie 19

Dot. poz. 26 Czy Zamawiający zgadza się na próbki z EDTAK3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Dot. poz. 27 Czy Zamawiający zgadza się na próbki z EDTAK3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy umowy –zał. nr III**Pytanie 21**

Dot. §2 pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Dot. §2 pkt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 48 godzin, co umożliwi urealnić dostawę w przypadku wykonawców posiadających siedzibę w dużej odległości od jednostki Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Dot. §4 pkt. 1 Ponieważ nasz system sprzedaży uniemożliwia wystawianie faktury osobno i ponieważ tylko jej wystawienie umożliwia zdjęcie towaru ze stanu magazynowego, prosimy o zmianę zapisów §4 pkt. 1. Prosimy o zgodę na wysyłkę razem z towarem faktury na zdjęty z magazynu towar.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia §4 pkt. 1:

„ Należność za poszczególne dostawy będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po dostarczeniu danej partii towaru, przelewem na wskazane przez Dostawcę numeru rachunku bankowego”

Pytanie 24

Dot. §4 pkt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od treści tego punktu? Zapis ten zakłada nierówność w traktowaniu stron umowy. Oczywiście Wykonawca zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa Zamawiającego może wyglądać różnie, zakłada również pewien margines zapłaty nieterminowej. Zamawiający jednak powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca zaciąga kredyty na zakup towaru w bankach, a te również oprocentowują udzielane kredyty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wie kiedy może spodziewać się zwrotu należności za towar, nie jest w stanie oszacować odpowiedniej marży. Wiedza o możliwym terminie uzyskania dochodu za sprzedany towar jest niezbędna, aby prawidłowo zabezpieczyć zwrot kredytu bankowego, jak i jego oprocentowania, nie wspominając o oczekiwanym dochodzie Wykonawcy. Wymóg dostarczania towaru do Zamawiającego bez zapłaty za towar jest świadczeniem przeczącym porządkowi społecznemu oraz przepisom prawnym, dlatego postulujemy, aby zapisy art. 490 i 491 k.c. nie pozostawały wyłączone z możliwości stosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla §4 pkt. 7

Pytanie 25

Dot. § 6 pkt. 1 c) Prosimy o zmniejszenie wysokości kary z 10 do 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Z poważaniem
Prokurent KCZ Sp. z o.o.
Violetta Wilk**

Do wiadomości:

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego

Krapkowskie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 5 998 500,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Góraźdże Tel. 774075020