



KCZ/ORG/ZM/ 152 /07/2021

Krapkowice, 27.07.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – znak sprawy ZO/5/2021

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania dokumentów dopuszczających do obrotu do oferty? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą ponad 100 stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Oferentów, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, na złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Pytanie 2:

Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu, ani na złożenie oświadczenia Oferenta, potwierdzającego posiadanie ww. dokumentów, to może zgodzi się aby dostarczyć same deklaracje CE, które są wystarczającym dokumentem dowodzącym, że produkt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?

Odpowiedź:

j/w.

Pytanie 3:

Dot. całej tabeli. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie i wycenę innej wielkości opakowań w odpowiednim przeliczeniu całkowitej ilości przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to czy niepełne ilości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnych czy należy ich ilość podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgadza się na op=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Dot. poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary z heparyną sodową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Dot. poz. 2- pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na kapilary bez heparyny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Dot. poz. 2- pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na żadne z powyższych, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję z pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgadza się na op=1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Dot. poz. 10 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę, tylko wtedy gdy zachowane zostaną pozostałe parametry, czyli wielkość kropli i długi, kapilary wylot.

Pytanie 10:

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12:

Dot. poz. 14 Czy Zamawiający dopuści próbkę do wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z żelem i przyspieszaczem wykrzepiania, z kapilarą na 200 µl krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dot. poz. 15 Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie próbek i korków na dwie osobne pozycje i wycenę w dwóch wierszach? Motywujemy to faktem, że dwa produkty nie powinny być wyceniane w jednej pozycji, gdyż powoduje to konieczność zawyżenia ceny jednego z nich (koszty pozyskania produktów są różne) oraz nieporozumienia w zakresie realizacji zamówień.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Dot. poz. 16 Czy Zamawiający dopuści próbki 12x75 mm o poj. 4 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15:

Dot. poz. 16 Czy Zamawiający dopuści op=1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgadza się na poj. 2,3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17:

Dot. poz. 25 Czy Zamawiający dopuści próbkę o poj. 3,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18:

Dot. poz. 25 Czy Zamawiający dopuści op=1000 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19:

Dot. poz. 27 Czy Zamawiający zgadza się na próbki z EDTAK3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Dot. poz. 28 Czy Zamawiający zgadza się na próbki z EDTAK3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Dot. poz. 29 i 30 Opis produktów pochodzi z oferty firmy Medlab-Products. <http://www.medlab-products.com.pl/index.php?id=688> Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że wymóg zaoferowania próbek z podwójną ścianką, sterylnych spełnia tylko jeden Wykonawca na rynku, którym jest firma Medlab-Products? Wymóg zaoferowania produktów zgodnych z opisem w formularzu cenowym, oznaczać będzie, że tylko firma Medlab będzie mogła złożyć ofertę. Wspomniany Wykonawca bowiem jest jedynym producentem tych próbek, a jego praktyki rynkowe uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie wyrobów pochodzących z oferty tej firmy. Choćby wymagany zakup minimum 12 tys. sztuk próbek o unikatowej pojemności na 0,9 ml krwi. Czas realizacji zamówienia do 8 tygodni. Wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję prosimy o usunięcie pozycji 29 i 30 z pakietu. Zamawiający może kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Pozycja 30 z uwagi na konieczność dostosowania próbek do oznaczeń krzepliwości u noworodków z jak najmniejszą objętością pobieranej krwi.

Pytanie 22:

Dot. §2 pkt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23:

Dot. §2 pkt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 48 godzin, co umożliwi urealnić dostawę w przypadku wykonawców posiadających siedzibę w dużej odległości od jednostki Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24:

Dot. §4 pkt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od treści tego punktu? Zapis ten zakłada nierówność w traktowaniu stron umowy. Oczywiście Wykonawca zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa Zamawiającego może wyglądać różnie, zakłada również pewien margines zapłaty nieterminowej. Zamawiający jednak powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca zaciąga kredyty na zakup towaru w bankach, a te również oprocentowują udzielane kredyty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wie kiedy może spodziewać się zwrotu należności za towar, nie jest w stanie oszacować odpowiedniej marży. Wiedza o możliwym terminie uzyskania dochodu za sprzedany towar jest niezbędna, aby prawidłowo zabezpieczyć zwrot kredytu bankowego, jak i jego oprocentowania, nie wspominając o oczekiwanym dochodzie Wykonawcy. Wymóg dostarczania towaru do Zamawiającego bez zapłaty za towar jest świadczeniem przeczącym porządkowi społecznemu oraz przepisom prawnym, dlatego postulujemy, aby zapisy art. 490 i 491 k.c. nie pozostawały wyłączone z możliwości stosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla §4 pkt. 4.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu „24 godzin” na „48 godzin roboczych”?

Proponowany zapis ma na celu zagwarantowanie możliwości spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia większej ilości dni wolnych od pracy, czy też sytuacji złożenia przez Zamawiającego zamówienia bezpośrednio przed dniami wolnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

W załączniku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany stawek podatku VAT, w przypadku zmian przepisów podatkowych i celnych w trakcie trwania umowy bez konieczności zawierania aneksu?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „(...) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego odmowy realizacji przedmiotu umowy?

Zamawiający nie może swoim postępowaniem wyrządzać szkody stronie stosunku cywilnoprawnego, a może się tak zdarzyć, jeżeli przyjmujemy hipotetycznie, że z różnych powodów Zamawiający popadnie w kłopoty finansowe i nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych względem Wykonawcy.

Zamawiający nie może „zmuszać” Wykonawcy do dostarczania przedmiotu umowy w sytuacji niepłacenia za zakupiony przedmiot umowy. Nie może w końcu swoim postępowaniem powiększać szkody u Wykonawcy.

Pozwalamy sobie przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż niepłacenie za zakupiony towar jest poważnym, istotnym naruszeniem warunków zawartej umowy i w takiej sytuacji strona przeciwna umowy ma prawo w ogóle rozwiązać umowę i to w trybie natychmiastowym, domagając się przy tym wręcz naprawienia szkody. Trudne do zrozumienia jest w tym przypadku nałożenie na Wykonawcę określonego obowiązku, tj. zmuszania go do dostarczania przedmiotu umowy przez pewien okres, mimo niespełniania na czas przez Zamawiającego swoich zobowiązań pieniężnych, a więc mimo łamania w sposób istotny umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29:

Dot. pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki bez kołnierza, ze znacznikiem 1; 2,5; 5; 10 ml oraz o wymiarach 16x105 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączania do oferty dokumentów dopuszczających oferowane produkty do obrotu i stosowania na rzecz oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu ww. dokumentów.

W takim przypadku, po wyborze najkorzystniejszej oferty będą one przedłożone na każde żądanie Zamawiającego?

Prośbę motywujemy tym, iż wymagana dokumentacja jest bardzo obszerna, w związku z czym oferta wraz załącznikami liczyłaby ponad 100 stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wykonawca zadający pytanie
3. Strona internetowa Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice
tel. 774467228(29), faks 774459826
Kapitał zakładowy: 6.798.500,00 zł.

NIP: 1990080635
REGON: 160213499
KRS: 0000312406
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001

Przedsiębiorstwa:
NASZA PRZYCHODNIA ul. Szkolna 7, 47-300 Krapkowice, Tel. 774467000
NASZ SZPITAL os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, Tel. 774467228(29)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY ul. Główna 23, 47-316 Górażdże Tel. 774075020