



Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr postępowania: ZO/8/2020.

Pytanie 1

Pakiet 1:

Poz.1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi, endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu roboczego do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągniętego spektrum działania: bakterie, Tbc (M.Terrae/M.avium), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, Papowa SV40 i Polio do 30 min oraz spory w czasie do 6 godz., o szerokiej tolerancji materiałowej, nie powodującego matowienia elementów optycznych, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w opakowaniach 5l ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Poz.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalintów, enzymów, inhibitorów korozji, bez krzemianów, słabo alkalicznego, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu roboczego ok. 10,5, standardowa temperatura mycia 55°C, stężenie 0,5%, nie wymagającego neutralizacji, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pakiet 3:

Poz.1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego płynnego, o odczynie alkalicznym, przeznaczonego do maszynowego mycia, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne, kwas nirtylotriooctowy i jego sole, enzymy oraz inhibitor korozji, przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych i giętkich endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, kontenerów, , dozowanie 5 ml/l, w płynie, w opakowaniach a 5kg?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marcin Misiewicz