



KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o.



KCZ/ORG/ZM/ 07/2015

Krapkowice 30.07.2015r.

Wykonawcy

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o., znak sprawy ZO/8/2015

Zamawiający Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2015r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1. Część I, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji suchych chusteczek wysokiej jakości, jednorazowych wykonanych z mieszaniny wiskozy i poliestru o gramaturze 50g/m² o wymiarze 17,7 cm x 39 cm, pakowane po 260 sztuk, perforowane w wiaderku z łatwym wyjmowaniem (system dozujący w pokrywie). Przeznaczone do nasączania preparatem do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni i wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2. Część II, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji gazików nasączonych izopropanolem, przeznaczonych do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i punkcjami zarejestrowanych jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Część V, poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści do postępowania płynny środek płuczący zawierający anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach. Do płukania wyrobów medycznych, w tym narzędzia chirurgiczne, okulistyczne, sprzęt anestezjologiczny,

endoskopy elastyczne. Dzięki bardzo dobrym właściwościom nawilżającym płukane przedmioty wysychają szybko i bez zacieków. Dozowanie: 0,3-1 ml/l. Wartość pH ok. 6, preparat typu Neodisher Mediklar kanister 5l.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 4. Część V, poz. 2.

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania płyny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów. Maksymalna zawartość P205 w koncentracie wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2g/cm³. Preparat typu Neodisher Z kanister 5 l.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 5. Część V, poz. 3.

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści do postępowania płyny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe urządzeń i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJDn > 2 log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu, typu Neodisher MediClean Forte opakowanie kanister 5 l.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Do wiadomości:

1. A/a
2. Wykonawcy składający pytania
3. Strona Internetowa Zamawiającego